

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 8/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania w zakresie zadania nr 4, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o innym podziale zakresów temperatury: 36°C, 40°C, 44°C? Różnice w poszczególnych urządzeniach wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych przez poszczególnych producentów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ogrzewacz o masie do 7 kg? Uwzględniając konieczność (zgodnie z SIWZ) dostawy stojaka, aparat z założenia będzie zazwyczaj przewożony a nie przenoszony, a zatem masa większa o ok. 1 kg od wymaganej nie będzie praktycznie wpływała na komfort pracy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o wydajności przepływu ok. 1200 l/min? Oferowana wartość różni się nieznacznie w stosunku do wymaganej w SIWZ i nie zmienia żadnej funkcjonalności z pkt. widzenia użytkownika – podyktowana jest jedynie rozwiązaniem konstrukcyjnym określonego urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści koce na całe ciało o całkowitych wymiarach 101,6 x 203,2 cm? Przy zastosowaniu ogrzewacza konwekcyjnego, głowa pacjenta powinna pozostać odkryta, w związku z tym kocyki takie będą odpowiednie dla pacjentów o wzroście do ok. 230 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Prosimy o doprecyzowanie, czy filtr HEPA o wysokiej skuteczności oznacza, że powinien to być filtr o średnicy porów nie większych niż 0,2 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

6. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści jako koce specjalne koce sterylne, śródoperacyjne oraz koce do pozycji bocznych pacjenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.