




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.06.02.00-20-003/14 pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług” realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-003/14-00 z dnia 18 czerwca 2014 r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
ul. Dr Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny**

Znak sprawy: 05/ZP/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę sprzętu medycznego

*w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro*

Sejny, czerwiec 2015 r.

I. Informacje ogólne

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Zamówienie zrealizowane będzie w ramach Projektu „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI: Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, Nr Projektu WND-RPPD.06.02.00-20-003/14.
3. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej pzp.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieregenerowanego sprzętu medycznego, zwanego dalej towarem, szczegółowo wyspecyfikowanego w załącznikach nr 2a – 2b do SIWZ – formularzach parametrów technicznych.
2. Dostawa obejmuje montaż, instalację i uruchomienie dostarczonego towaru, a także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego towaru.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie **dwóch części zamówienia**:

I część zamówienia: dostawa tomografu komputerowego

II część zamówienia: dostawa aparatu RTG z ramieniem C

4. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich towaru.
5. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, służy dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych (jeśli takie są podane w formularzach parametrów technicznych przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno-eksploatacyjne - użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dopuszcza się składanie ofert z równoważnymi certyfikatami, deklaracjami zgodności, dyrektywami, normami oraz oznaczeniem znakiem CE wskazanymi w formularzach parametrów technicznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić

- **przynajmniej 60 – miesięcznej** gwarancji na dostarczony towar na warunkach opisanych we wzorze umowy - załączniku nr 7 do SIWZ oraz formularzach parametrów technicznych (załącznik nr 2a do SIWZ),
 - **przynajmniej 24 – miesięcznej** gwarancji na dostarczony towar na warunkach opisanych we wzorze umowy - załączniku nr 7 do SIWZ oraz formularzach parametrów technicznych (załącznik nr 2b do SIWZ).
7. Oferowany towar powinien być wyprodukowany w 2015 r.
 8. Do każdego dostarczonego egzemplarza towaru (na etapie realizowania dostawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpowiednie świadectwa jakości, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi.
 9. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel Zamawiającego w miejscu instalacji urządzenia w zakresie obsługi dostarczonego towaru, co powinno zostać potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez Wykonawcę / producenta / dystrybutora towaru.
 10. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w formularzach parametrów technicznych (załącznikach nr 2a – 2b do SIWZ) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru do siedziby Zamawiającego.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej) ani nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym].
 14. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.11.50.00-9 Urządzenia do tomografii,
33.11.10.00-1 Aparatura rentgenowska.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **6 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.:
 - wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na dostawę sprzętu medycznego o wartości min. **1.500.000,00 zł brutto** (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia);
 - wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na dostawę sprzętu medycznego o wartości min. **150.000,00 zł brutto** (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia);
- 1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **1.000.000,00 zł** (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia);
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **100.000,00 zł** (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia);

1.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pzp.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:
 - 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [**wg załącznika nr 3a do SIWZ**];
 - 1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [**wg załącznika nr 3b do SIWZ**];
 - 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.5 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.6 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.7 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert [dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 1417 ze zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych];
 - 1.8 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;

- 1.9 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę sprzętu medycznego o wartości określonej w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ [wg załącznika nr 4 do SIWZ];
- 1.10 poświadczenia dotyczące dostaw ujętych w wykazie wykonanych zamówień, określające, czy zostały one wykonane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) – nie dotyczy zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach;
- 1.11 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, **wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert;
- 1.12 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 - 3.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3, 1.4, 1.5 i 1.7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 3.2 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.6 i 1.8, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 pzp;
 - 3.3 terminy wystawienia tych dokumentów powinny być analogiczne jak w przypadku dokumentów określonych w pkt 1.3 – 1.8;
 - 3.4 jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie powinno być wydane w terminach określonych powyżej dla dokumentów wymienionych w pkt 1.3 – 1.8.

4. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1.2 – 1.8.
5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie określonym w pkt 1.11.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi zawierać:
 - 1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ];
 - 1.2 wypełniony formularz lub formularze parametrów technicznych [wg załącznika nr 2a, 2b do SIWZ];
 - 1.3 oświadczenie Wykonawcy zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej [wg załącznika nr 5 do SIWZ];
 - 1.4 katalog producenta (importera) lub inny dokument, z którego będzie wynikało, że oferowany towar spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego, charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi oraz użytkowymi w odniesieniu do towaru określonego przez Zamawiającego w formularzach parametrów technicznych;
 - 1.5 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (*wymienione w rozdziale V SIWZ*).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów, w zakresie zamówień publicznych, z zastrzeżeniem pkt 13.1 niniejszego rozdziału (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółki cywilnej, konsorcjum).
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy:
 - 6.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 6.3;
 - 6.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

- 6.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom kompletowania oferty załącza tabelę zawierającą zestawienie dokumentów, których złożenie jest wymagane w przedmiotowym postępowaniu [załącznik nr 6 do SIWZ].
9. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich).
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) **muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę**. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczętką osoby ją sporządzającej).
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżę, że nie mogą one być udostępniane;
- 12.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
- 12.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym;
- 12.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
- 12.4 Wykonawca **nie może zastrzec** m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp);
- 12.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego;
- 12.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;
- 12.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,
 - Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.
13. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:
- 13.1 **ustanowili pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum);
- 13.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem lub Wykonawcą wyznaczonym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do dokonywania rozliczeń w ich imieniu;
- 13.3 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp.

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
 - a) w zakresie I części zamówienia: **25.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100 groszy),
 - b) w zakresie II części zamówienia: **2.700,00 zł** (słownie: dwa tysiące siedemset złotych, 00/100 groszy).
2. W przypadku wnoszenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia wymagane kwoty wadium podlegają sumowaniu.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 1804).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego **80 1500 1719 1217 1001 5282 0000**
4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 3 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego w Sejnach przy ul. Dr E. Rittlera 2. **Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.**
5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). **Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty**

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 03 sierpnia 2015 r., do godz. 11:00.**
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sejnach przy ul. Dr Edwarda Rittlera 2 (SEKRETARIAT), w terminie najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2015 r., do godz. 11:00.**

1.1. Kopertę należy zaadresować jak niżej:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny
Oferta na dostawę sprzętu medycznego
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03 sierpnia 2015 r. GODZ. 11:30**

- 1.2. Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.
 - 1.3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
 - 1.4. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
2. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Dr Edwarda Rittlera 2 w Sejnach w dniu 03 sierpnia 2015 r. o godz. 11:30.**

- 2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Jolanta Szafranowska, tel. 87 517 23 19, faks 87 517 23 35, e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl

Informacje będą udzielane w godz. 7:00 – 14:35 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- a) pisma należy przysyłać pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny;
- b) fakсы należy przysyłać pod numer 87 517 23 35;
- c) listy elektroniczne należy przysyłać pod adres: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl

Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty.

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania.

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ:

5.1. dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ;

5.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

6. Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.szpital.sejny.pl

XI. Zmiana i wycofywanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert.

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, odrębnie dla każdej części zamówienia, i obejmować dostawę całości zamawianego towaru w zakresie danej części na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
2. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowaną przez siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą także podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów. Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, kwotę należnego podatku VAT oraz cła, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

A. CENA OFERTOWA – 90%

liczonym wg wzoru:

$$C_{of} = \frac{C_{min}}{C_{of\ bad}} \quad x \ 90 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{of\ bad}$ – cena ofertowa brutto badanej oferty,

C_{min} – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

B. OKRES OFEROWANEJ GWARANCJI – 10%

liczonym wg wzoru:

$$G_{of} = \frac{G_{of\ bad}}{G_{max}} \quad x \ 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

$G_{of\ bad}$ – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy w ofercie badanej (nie krótszy niż 60 miesięcy w zakresie I części zamówienia, nie krótszy niż 24 miesiące w zakresie II części zamówienia),

G_{max} – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy w ofercie, w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 60 miesięcy w zakresie I części zamówienia, nie krótszy niż 24 miesiące w zakresie II części zamówienia).

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru i punktacją przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert albo o unieważnieniu postępowania,
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
 - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.szpital.sejny.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec innych czynności niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XVI. Lista załączników do SIWZ

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Formularze parametrów technicznych – Załączniki nr 2a – 2b.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3a.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3b.
5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę sprzętu medycznego o wartości określonej w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ – Załącznik nr 4.
6. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5.
7. Zestawienie wymaganych dokumentów – Załącznik nr 6.
8. Wzór umowy – Załącznik nr 7.

.....
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....
/miejsowość i data/

tel./fax

e-mail

OFERTA Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr Edwarda Rittlera 2 16-500 Sejny

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (znak sprawy: **05/ZP/2015**), działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy iż:

1. oferujemy realizację dostawy w zakresie I części zamówienia, określonej w załączniku nr 2a do SIWZ, tj. **dostawę tomografu komputerowego z wyposażeniem** za cenę zł netto + należny podatek VAT 8% tj. zł i podatek VAT 23% tj. zł, co daje zł brutto, słownie: zł brutto;
2. oferujemy realizację dostawy w zakresie II części zamówienia, określonej w załączniku nr 2b do SIWZ, tj. **dostawę aparatu RTG z ramieniem C** za cenę zł netto + należny podatek VAT 8% tj. zł i podatek VAT 23% tj. zł, co daje zł brutto, słownie: zł brutto;
3. wadium w wysokości zł wnieśliśmy w formie
4. dostawę objętą zamówieniem zrealizujemy w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;
5. udzielamy gwarancji na dostarczony towar na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i wypełnionych przez nas formularzach parametrów technicznych wg załączników nr 2a – 2b do SIWZ;
6. udzielamy:
... - miesięcznej gwarancji na tomograf komputerowy z wyposażeniem określony w załączniku nr 2a do SIWZ (Zamawiający wymaga gwarancji min. 60 miesięcy),
... - miesięcznej gwarancji na aparat RTG z ramieniem C określony w załączniku nr 2b do SIWZ (Zamawiający wymaga gwarancji min. 24 miesiące).
9. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy;
10. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
11. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
12. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:*

a)

b)

13. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
14. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
15. oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr ... ;
16. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**
- a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
 - f)
17. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:***
- a)
 - b)
18. Numer rachunku bankowego Wykonawcy:
.....

.....
*/podpis upelnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/*

Uwaga:

- * jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”,
- ** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
- *** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia (dostawa tomografu komputerowego).

Lp.	Parametry minimalne określone przez Zamawiającego	Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/wpisać wartości oferowane
TOMOGRAF KOMPUTEROWY – 1 szt.		
I. WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Producent i model.	
2.	Tomograf umożliwiający dokładną diagnostykę. Wyposażony w pakiet oprogramowania do badań rutynowych i wysokospecjalistycznych dla dorosłych oraz dla dzieci.	
3.	Tomograf komputerowy (CT) umożliwiający akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw submilimetrycznych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampy/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia.	
4.	Tomograf komputerowy (CT) umożliwiający rozbudowę softwarową o akwizycję minimum 32 nienakładających się warstw submilimetrycznych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampy/detektor w oparciu o zaoferowaną matrycę.	
5.	Rok produkcji urządzenia 2015, urządzenie nowe, nieużywane, nie rekondukcjonowane.	
6.	Dwa niezależne stanowiska umożliwiające jednoczesną i niezależną pracę technikowi wykonującemu badanie i lekarzom diagnostom w zakresie np. przeglądania i analizy obrazów TK: <ul style="list-style-type: none"> • konsola operatorska, • konsola lekarska. 	
7.	Moduł do bramkowania sygnałem EKG, kardiomonitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych, zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym. Podać.	
8.	Robot do nagrywania płyt z oprogramowaniem: <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 napędy na płyty, - obciążenie min. 3400 płyt/miesiąc, - magazynek na płyty min. 100 płyt. 	
9.	Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych	
10.	Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych	
11.	Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii	
12.	Akwizycja obrazów do badań naczyniowych	
13.	Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych	
14.	Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych w obszarze szyi i głowy (obraz z maską i bez maski).	
15.	Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania.	
16.	Zasilanie tomografu oraz wszystkich oferowanych urządzeń zgodne z PN lub równoważną.	
17.	Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu zaoferowanego tomografu, stanowiska diagnostycznego, oraz urządzeń dodatkowych, załączonych do oferty.	
18.	Instrukcja obsługi do wszystkich oferowanych składowych systemu, tj. tomografu, stacji diagnostycznej i wstrzykiwacza środka cieniującego, dostarczone wraz z systemem.	
19.	Instalacja wszystkich oferowanych urządzeń w przewidzianych	

	na ten cel pomieszczeniach na terenie obiektu wskazanego przez Zamawiającego. Adaptacja pomieszczenia zgodnie z projektem osłon stałych wykonanych przez dostawcę urządzenia i zaakceptowanych przez odpowiednią jednostkę uprawnioną.	
II. GANTRY I STÓŁ		
20.	Średnica otworu gantry ≥ 70 cm. Podać.	
21.	Kąt pochylania gantry $\geq (+/-30)$ [°]. Podać.	
22.	Możliwość sterowania pochylaniem gantry: <ul style="list-style-type: none"> • z obu stron gantry, • z konsoli w sterowni, • automatycznie z programu badania. 	
23.	Precyzja ustawienia stołu pod pełnym obciążeniem $\leq (+/-0,25)$ [mm]. Podać.	
24.	Maksymalna masa pacjenta, przy której zachowana jest precyzja ruchu i ustawienia stołu ≥ 200 kg. Podać.	
25.	Wyposażenie stołu: <ul style="list-style-type: none"> • materac, • pasy unieruchamiające pacjenta, • podpórka pod głowę pozbawiona elementów metalowych, • podpórka pod kolana, • podpórka pod głowę z regulowanym kątem ułożenia. 	
26.	Maksymalny podłużny zakres badania pacjenta bez jego przemieszczania na stole [cm] ≥ 170 cm. Podać.	
27.	Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm] ≤ 50 cm. Podać.	
III. GENERATOR I LAMPA RTG		
28.	Nominalna moc generatora ≥ 40 kW. Podać.	
29.	Zakres napięcia anodowego [kV] $\geq (80 - 135)$ kV. Podać.	
30.	Liczba możliwych nastaw kV [N]. Podać.	
31.	Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy $\geq 4,0$ MHU.	
32.	Ciągła prędkość chłodzenia anody [MHU/min] ≥ 850 kHU/min. Podać.	
33.	Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x, y, z.	
34.	Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2 . Podać.	
35.	Automatyczny wybór ognisk	
36.	Dwukierunkowe urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali zamawiającego.	
37.	Waga gantry. Podać.	
IV. SYSTEM SKANOWANIA		
38.	Liczba rzeczywistych aktywnych rzędów detektorów w osi Z, biorących udział w akwizycji danych ≥ 16 . Podać.	
39.	Liczba dostępnych pól skanowania [N] ≥ 3 . Podać.	
40.	Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV).	
41.	Szerokość zespołu detektorów w osi Z, zapewniająca pokrycie anatomiczne badania ≥ 20 mm. Podać.	
42.	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej [mm] $\leq 0,625$ mm. Podać.	
43.	Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną ilością warstw) ≥ 170 cm. Podać.	
44.	Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa – detektor [s] $\leq 0,6$ s. Podać.	
45.	Maksymalna długość skanu topograficznego [cm] ≥ 170 cm. Podać.	
46.	Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] ≥ 100	

	s. Podać.	
47.	Pozycje projekcji skanu topograficznego min. co 90 [°]. Podać.	
48.	Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie.	
49.	Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem.	
50.	Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie.	
51.	Możliwość wykonania skanu spiralnego z gantry pochylonym w całym zakresie. Podać.	
V. REKONSTRUKCJA OBRAZÓW I PARAMETRY JAKOŚCIOWE		
52.	Matryca rekonstrukcyjna obrazu $\geq 512 \times 512$.	
53.	Rozdzielczość przestrzenna w punkcie 2% krzywej MTF możliwa do osiągnięcia dla każdego czasu obrotu, dla 16 warstw wykonywanych jednocześnie, napięcia maks. 120 kV – na fantomie o średnicy 20 cm $[pl/cm] \geq 18 pl/cm$. Podać.	
54.	Dawka (CTDI _{vol}) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min. 50 cm dla fantomu 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 58 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) ≤ 25 mGy.	
55.	Dawka (CTDI _{vol}) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 3 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min. 50 cm dla fantomu 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 58 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) ≤ 15 mGy.	
56.	Dawka (CTDI _{vol}) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 58 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) ≤ 7 mGy.	
57.	Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDI _{vol} , jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej.	
58.	Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta. Algorytm, który jest dostępny standardowo we wszystkich protokołach badania i automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu.	
59.	Matryca prezentacyjna obrazu $\geq 1024 \times 1024$	
60.	Zdolność rozdzielcza w kierunku osi Z dla skanu spiralnego $[mm] \leq 0,35$ mm. Podać.	
61.	Maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych z korekcją stożka $\geq 1,5$. Podać.	
62.	Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy standardowej	

	512x512 \geq 16 obr./s. Podać.	
VI. KONSOLA OPERATORSKA		
63.	Konsola operatorska wyposażona w jeden lub dwa monitory ciekłokrystaliczne o przekątnej ekranu min. 19". Podać.	
64.	Przekątna monitora(ów) obrazowego(wych) ciekłokrystalicznego (nych) \geq 19". Podać.	
65.	Pojemność dysku twardego dla obrazów (w części dysku twardego przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 [n obrazów] \geq 200 000.	
66.	Dwukierunkowe urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali zamawiającego umożliwiające komunikację głosową z pacjentem.	
67.	Archiwizacja badań z konsoli operatorskiej na dołączonym robocie w standardzie Obrazowania Cyfrowego i Wymiany Obrazów w Medycynie 3.0, interfejs sieciowy zgodnie z Obrazowaniem Cyfrowym i Wymianą Obrazów w Medycynie 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Query/Retrieve, Storage Commitment, Worklist.	
68.	Interfejs użytkownika w systemie okienkowym	
69.	System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów – dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów.	
70.	Interfejs sieciowy w formacie Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie 3.0 z następującymi funkcjami: <ul style="list-style-type: none"> • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Print • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Storage Commitment • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Sent / Recive • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Query/Retrieve SCU 	
71.	System podtrzymania zasilania dla konsoli operatorskiej zapewniający podtrzymanie zasilania na min. 10 min.	
VII. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ		
72.	MIP (Maximum Intensity Projection)	
73.	SSD (Surface Shaded Display)	
74.	VRT (Volume Rendering Techique)	
75.	Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry)	
76.	Prezentacje pętli filmu.	
77.	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości)	
78.	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego).	
79.	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego.	
80.	Oprogramowanie do usuwania kości.	
81.	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.	
VIII. KONSOLA LEKARSKA		
82.	Konsola lekarska jedno lub dwumonitorowa (monitory diagnostyczne) o przekątnej kolorowego (wych) monitora (ów) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu ciekłokrystalicznego – min. 19" w przypadku zaoferowania stacji dwumonitorowej lub min. 21" w przypadku zaoferowania stacji jednomonitorowej. Podać.	

83.	Konsola lekarska niezależna od TK (o rozdzielnej bazie danych obrazowych), połączona z TK przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB , otrzymujące obrazy z TK w standardzie Obrazowania Cyfrowego i Wymiany Obrazów w Medycynie 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu.	
84.	System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym oprogramowanie pracuje. Podać.	
85.	Fizyczna wielkość pamięci operacyjnej (nie uwzględniając rozwiązań typu pamięci podręcznej) stanowiska diagnostycznego z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK [min. 6 GB]. Podać.	
86.	Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów bez kompresji [512 x 512] >= 500 000.	
87.	Interfejs sieciowy w formacie obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie 3.0 z następującymi funkcjami: <ul style="list-style-type: none"> • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Print • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Storage Commitment • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Sent / Recive • Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie Query/Retrieve SCU 	
88.	System podtrzymania zasilania dla konsoli lekarskiej zapewniający podtrzymanie zasilania na min. 10 min.	
IX. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ		
89.	Oprogramowanie zainstalowane w konsoli lekarskiej posiadające funkcjonalność: MIP, SSD, VRT, reformatowanie wielopłaszczyznowe MPR, rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej, pomiary odległości kąta, powierzchni, objętości, prezentacje pętli filmu, modyfikacje obrazów, pomiary analityczne.	
90.	Pakiet wirtualnej endoskopii przestrzeni powietrznych i płynnych.	
91.	Pakiet rekonstrukcji kości 3D.	
92.	Funkcja automatycznej identyfikacji oznaczenia anatomicznego głównych naczyń oraz wyznaczania przebiegu ich linii środkowej.	
93.	Oprogramowanie do usuwania struktur kostnych.	
94.	Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu).	
95.	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości).	
96.	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego).	
97.	Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna koleracja z obrazami MPR wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu.	
98.	Pakiet oprogramowania do endoskopii wirtualnej przestrzeni powietrznych i płynnych (w tym bronchoskopii, kolonoskopii, itd.). Pakiet oprogramowania do bronchoskopii ma analogiczną funkcjonalność jak opisany wyżej pakiet oprogramowania do	

	kolonoskopii.	
99.	Pakiet oprogramowania do oceny badań perfuzji mózgu. Oprogramowanie do perfuzji mózgu z prezentacją barwnych sumacyjnych: CBF, CBV, MTT i TTP.	
100.	Pakiet oprogramowania do oceny zmian ogniskowych w płucach z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w mięszu oraz przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, ocena dynamiki wielkości zmian.	
101.	Pakiet oprogramowania do oceny i analizy naczyń peryferyjnych.	
102.	Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia.	
103.	Pakiet oprogramowania umożliwiający ocenę stopnia uwapnienia naczyń wieńcowych.	
104.	Licencje na oprogramowanie tomografu, konsoli operatorskiej i konsoli lekarskiej nieograniczone czasowo.	
X. OPRZYRZĄDOWANIE		
105.	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1015 z późn. zm.).	
106.	Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu o następujących minimalnych parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • Regulowana prędkość przepływu, • Programowalny limit ciśnienia, • Zasilanie ze źródła stałego o napięciu 230 V, • Możliwość przeprowadzenia iniekcji jednocześnie z obu głowic (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej) i zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, dual flow). 	
XI. GWARANCJA I SERWIS		
107.	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 60 miesięcy bez limitu skanów. Podać.	
108.	Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy.	
109.	Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane i oceniane parametry techniczne.	
110.	Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.	
111.	Autoryzowany serwis.	
112.	Wykonawca gwarantuje nieodpłatne prawo do wykorzystywania licencji na użytkowanie oprogramowania serwisowego niezbędnego do serwisowania aparatu przez osoby trzecie po okresie gwarancyjnym.	
XII. INNE		
113.	Wykonanie przez Wykonawcę pełnej integracji z systemem radiologicznym używanym przez Zamawiającego. Koszty licencji i integracji pokrywa Wykonawca.	
114.	Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i ewentualnej konserwacji towaru. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w	

	terminie przez niego wskazanym. Wykonanie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem certyfikatów każdemu członkowi przeszkolonego personelu.	
115.	Wykonawca wykona nową dokumentację ochrony radiologicznej pracowni TK Zamawiającego.	
116.	Testy odbiorcze (akceptacyjne) wykonane po instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.).	
XIII. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SKANERA TK		
117.	Osłony radiologiczne o ochronności równoważnej minimum 1,0 mm Pb (osłony na gonady) oraz minimum 0,5 mm Pb (osłona na tarczycę): - Osłony na gonady p/promieniowaniu RTG męskie – 1 komplet (w komplecie co najmniej 3 rozmiary S,M,L) - Osłony na gonady p/promieniowaniu RTG żeńskie – 1 komplet (w komplecie co najmniej 3 rozmiary S,M,L) - Osłona na tarczycę p/promieniowaniu RTG z wycięciem na śliniankę – 1 komplet (w komplecie co najmniej 3 rozmiary S,M,L długości śliniaka).	
118.	Ultralekkie fartuchy ochronne radiologicznie o minimalnej szerokości 60 cm o ochronności równoważnej minimum 0,25 mm Pb (przód) i minimum 0,25 mm Pb (pozostałe części): - Fartuch o długości ok. 120 cm, jednostronny, posiadający części okrywające łopatki, na których są doszyte taśmy poliestrowe zakończone zaciskowymi klamrami służącymi do zapinania fartucha z przodu - 2 szt. - Półfartuch, jednostronny, miednicowy o wymiarach minimum 30x40 mm-2 szt.	
119.	Rękawice ochronne radiologicznie o ochronności równoważnej min. 0,25 mm Pb-2 pary	
120.	W/wym. osłony, fartuchy, rękawice (środki ochrony indywidualnej) powinny być wykonane z elastycznej gumy ołowiowej, pokrytej wytrzymałym, łatwozmywalnym tworzywem.	
121.	Google radiologicznie panoramiczne o ochronności równoważnej minimum 0,50 mm Pb-2 szt.	

.....
/podpis upelnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/

Załącznik nr 2b do SIWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie II części zamówienia (dostawa aparatu RTG z ramieniem C).

Lp.	Parametry minimalne określone przez Zamawiającego	Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/wpisać wartości oferowane
Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.		
1.	Producent, model i typ urządzenia. Podać.	
2.	Rok produkcji urządzenia 2015, urządzenie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane.	
Wózek z ramieniem C		
3.	Odległość SID min. 95 cm	
4.	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki, a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) min. 61 cm	
5.	Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 40 cm	
6.	Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C	
7.	Zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej min. $\pm 10^\circ$	
8.	Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm	
9.	Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. $\pm 180^\circ$	
10.	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C min. 130°	
11.	Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu, a lampą RTG) min. 75 cm	
12.	Szerokość wózka z ramieniem C max 90 cm	
13.	Hamulce ruchów ramienia C	
14.	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji	
15.	Uchwyt przy wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C	
16.	Ręczny włącznik promieniowania	
17.	Przycisk nożny do włączania promieniowania	
18.	Sygnalizacja włączonego promieniowania	
19.	Dodatkowy sterownik umożliwiający sterowanie przez personel ze sterylnej pola istotnymi funkcjami ramienia C, takimi jak: parametry ekspozycji, sterowanie przesłonami kolimatora, wybór programów anatomicznych, obrót obrazu, zapamiętywanie obrazu.	
20.	Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody	
21.	Blokada kół	
22.	Waga wózka z ramieniem C max 310 kg	
Generator		
23.	Zasilanie 230V $\pm 10\%$ / 50 Hz	
24.	Generator wysokiej częstotliwości	
25.	Moc generatora min. 15 kW	
26.	Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna i radiografia cyfrowa, zdjęcie klasyczne (na kasetach CR)	
27.	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii min. 40 ÷ 110 kV	
28.	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej min. 27 mA	
29.	Częstość impulsów fluoroskopii pulsacyjnej min. 8 imp/s	
30.	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej min. 100 mA	
31.	Maksymalna wartość mAs w radiografii klasycznej min. 200 mAs	
32.	Automatyka doboru parametrów fluoroskopii	
Lampa rentgenowska		
33.	Typ, producent. Podać.	
34.	Filtracja wewnętrzna min. 2,5 mm Al	
35.	Wielkość ogniska lampy (w przypadku lampy z dwoma ogniskami rozmiary mniejszego ogniska) max 0,6 mm	
36.	Pojemność cieplna anody min. 50 kWh	
37.	Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kWh	
Kolimator		
38.	Kolimator z przesłoną żrenicową	
39.	Kolimator szczelinowy z rotacją	

40.	Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)	
Tor wizyjny		
41.	Średnica wzmacniacza min. 9"	
42.	Liczba pól obrazowych min. 2	
43.	Współczynnik DQE min. 60%	
44.	Kamera cyfrowa	
45.	Rozdzielczość kamery min. 1024x1024 pikseli	
46.	Liczba monitorów min. 2	
47.	Monitory umieszczone na niezależnym wózku	
48.	Przekątna ekranu min.18"	
49.	Luminacja monitorów min. 300 cd/m2	
50.	Kąt widzenia obrazu w pionie/poziomie min. 170°/170°	
System obrazowania i postprocessingu		
51.	Matryca przetwarzania obrazów min. 1024x1024	
52.	Głębokość obrazu min. 12 bitów	
53.	Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy min. 10 000	
54.	Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu.	
55.	Funkcja „Last Image Hold” (LIH).	
56.	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym	
57.	Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze min. 9 obrazów	
58.	Powiększenie obrazu min. 2 poziomy	
59.	Cyfrowe odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze.	
60.	Cyfrowy obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwolenia dodatkowych dawek promieniowania.	
61.	Możliwość archiwizacji obrazów oraz pętli fluoroskopowych w formacie stosowanym do prezentacji obrazów medycznych	
62.	Archiwizacja obrazów w formacie stosowanym do archiwizacji obrazów medycznych poprzez nagrywkę CD/DVD – zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka kompatybilna z zaferowanym formatem).	
63.	Dodatkowy port z możliwością nagrania obrazów na zewnętrzny nośnik pamięci	
64.	System wpisywania danych pacjenta	
65.	System zarządzania bazą danych z badaniami	
66.	Funkcja pomiaru odległości i kątów	
Wymagania dodatkowe		
67.	Rejestrator dawki umożliwiający określenie dawki na skórę, którą otrzymuje pacjent, z wyświetlaczem dobrze widocznym dla operatora oraz z możliwością archiwizacji dawki sumarycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1015 z późn. zm.).	
68.	Funkcje wymiany danych z urządzeniami informatycznymi posiadanymi przez Zamawiającego co najmniej w zakresie: - odbierania i wysyłania obrazów, - zapisywania obrazów, - drukowania obrazów na zewnętrznych drukarkach. Posiadane przez Zamawiającego urządzenia informatyczne obsługują format Obrazowania Cyfrowego i Wymiany Obrazów w Medycynie 3.0.	
69.	Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu	
70.	Podłączenie aparatu do systemu archiwizacji obrazów i danych pacjentów posiadanych przez Zamawiającego. Zakup licencji, skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemów informatycznych posiadanych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.	
71.	Współpraca aparatu z negatoskopami cyfrowymi funkcjonującymi u Zamawiającego.	
72.	Dokumentacja serwisowa (w dniu dostawy)	

73.	Instrukcja obsługi aparatu w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej.	
74.	Testy odbiorcze (akceptacyjne) wykonane po instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.).	
75.	Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i ewentualnej konserwacji towaru. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Wykonanie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem certyfikatów każdemu członkowi przeszkolonego personelu.	
76.	Wykonawca wykona nową dokumentację ochrony radiologicznej w miejscu użytkowania aparatu RTG z ramieniem C	
77.	Gwarancja na oferowany aparat min. 24 miesiące. Podać.	
Środki ochrony indywidualnej dla użytkowników		
78.	Osłony radiologiczne o ochronności równoważnej minimum 1,0 mm Pb (osłony na gonady) oraz minimum 0,5 mm Pb (osłona na tarczycę): - Osłony na gonady p/promieniowaniu RTG męskie – 1 komplet (w komplecie co najmniej 3 rozmiary S,M,L) - Osłony na gonady p/promieniowaniu RTG żeńskie – 1 komplet (w komplecie co najmniej 3 rozmiary S,M,L) - Osłona na tarczycę p/promieniowaniu RTG z wycięciem na śliniankę – 1 komplet (w komplecie co najmniej 3 rozmiary S,M,L długości śliniaka).	
79.	Ultralekkie fartuchy ochronne radiologicznie o minimalnej szerokości 60 cm o ochronności równoważnej minimum 0,25 mm Pb (przód) i minimum 0,25 mm Pb (pozostałe części): - Fartuch o długości ok. 120 cm, jednostronny, posiadający części okrywające łopatki, na których są doszyte taśmy poliestrowe zakończone zaciskowymi klamrami służącymi do zapinania fartucha z przodu - 2 szt. - Półfartuch, jednostronny, miednicowy o wymiarach minimum 30x40 mm-2 szt.	
80.	Rękawice ochronne radiologicznie o ochronności równoważnej min. 0,25 mm Pb-2 pary	
81.	W/wym. osłony, fartuchy, rękawice (środki ochrony indywidualnej) powinny być wykonane z elastycznej gumy ołowiowej, pokrytej wytrzymałym, łatwowymywalnym tworzywem.	
82.	Google radiologicznie panoramiczne o ochronności równoważnej minimum 0,50 mm Pb-2 szt.	

.....
/podpis upelnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/

**Załącznik nr 3a do SIWZ –
Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu**

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu
/nazwa i adres Wykonawcy/

oświadczam (oświadczamy) że:

- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, organizowanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny (znak sprawy: **05/ZP/2015**), określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
*/podpis upoważnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/*

Załącznik nr 3b do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/miejsowość i data/

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu
/nazwa i adres Wykonawcy/

oświadczam (oświadczamy) że:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, organizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny (znak sprawy: **05/ZP/2015**).

.....
/podpis uprawnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę sprzętu medycznego o wartości określonej w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Termin wykonania zamówienia	Nazwa i adres Odbiorcy

Uwaga:

1. w wykazie powinno być zawarte co najmniej jedno zamówienie – w przypadku Wykonawców składających oferty w zakresie więcej niż jednej części zamówienia; zobowiązani są wykazać realizację zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość wymagana dla części zamówienia o najwyższym postawionym warunku odnośnie posiadanej wiedzy i doświadczenia spośród części zamówienia, na które jest składana oferta;
2. do wykazu należy dołączyć poświadczenia dotyczące ujętych w nim dostaw, określające, czy zostały one wykonane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) – nie dotyczy zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

.....
*/podpis upelnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/*

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/miejsowość i data/

Działając w imieniu
/nazwa i adres Wykonawcy/

oświadczam (oświadczamy) że:

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184) co następujące podmioty: *

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

.....
*/podpis upelnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/*

nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184) *

.....
*/podpis upelnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy/*

UWAGA:

*** wypełnić tylko tą część oświadczenia, która dotyczy Wykonawcy**

Załącznik nr 6 do SIWZ – zestawienie wymaganych dokumentów

Poniżej zamieszczona została lista potencjalnych załączników do oferty. Stanowi ona wyłącznie narzędzie pomocnicze w procesie kompletowania oferty – pozwala Wykonawcy upewnić się, iż wszystkie wymagane dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przedmiotowe zamówienie publiczne zostały dołączone do oferty.

wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]	Tak <input type="checkbox"/>	
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 3a do SIWZ]	Tak <input type="checkbox"/>	
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [wg załącznika nr 3b do SIWZ] UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) przedsiębiorcy składają oddzielnie przedmiotowe oświadczenia	Tak <input type="checkbox"/>	
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę sprzętu medycznego o wartości określonej w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ [wg załącznika nr 4 do SIWZ]	Tak <input type="checkbox"/>	
poświadczenia dotyczące dostaw ujętych w wykazie wykonanych zamówień, określające, czy zostały one wykonane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) – nie dotyczy zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach	Tak <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej [wg załącznika nr 5 do SIWZ] UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) przedsiębiorcy składają oddzielnie przedmiotowe oświadczenia	Tak <input type="checkbox"/>	
katalog producenta (importera) lub inny dokument, z którego będzie wynikało, że oferowany towar spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego, charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi oraz użytkowymi w odniesieniu do towaru określonego przez Zamawiającego w formularzach parametrów technicznych	Tak <input type="checkbox"/>	
wypełniony formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia [wg załącznika nr 2a do SIWZ]	Tak <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>

wypełniony formularz parametrów technicznych w zakresie II części zamówienia [wg załącznika nr 2b do SIWZ]	Tak <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) wymagane dokumenty rejestracyjne winny dotyczyć wszystkich współników (podmiotów)	Tak <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) wymagane zaświadczenia winny dotyczyć wszystkich współników (podmiotów)	Tak <input type="checkbox"/>	
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) wymagane zaświadczenia winny dotyczyć wszystkich współników (podmiotów)	Tak <input type="checkbox"/>	
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) wymagane informacje winny obejmować wszystkich współników (podmiotów)	Tak <input type="checkbox"/>	
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. spółek cywilnych, konsorcjów) wymagane informacje winny obejmować wszystkich współników (podmiotów)	Tak <input type="checkbox"/>	

<p>aktualna <input type="checkbox"/> informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 1417 ze zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych]</p>	<p>Tak <input type="checkbox"/></p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert</p>	<p>Tak <input type="checkbox"/></p>	
<p>dokument <input type="checkbox"/> potwierdzający ustanowienie przez podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie)</p>	<p>Tak <input type="checkbox"/></p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem</p>	<p>Tak <input type="checkbox"/></p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>pisemne <input type="checkbox"/> zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)</p>	<p>Tak <input type="checkbox"/></p>	<p>Nie dotyczy</p>

Załącznik nr 7 do SIWZ – WZÓR UMOWY

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.06.02.00-20-003/14 pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług” realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-003/14-00 z dnia 18 czerwca 2014 r.

Umowa Nr _____ (WZÓR)

zawarta w dniu _____ w Sejnach

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach, ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000016297, numer REGON 790317340, numer NIP 844-17-84-785 reprezentowanym przez **Pana Waldemara Kwaterskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach**, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy

zwanym dalej jako „**Zamawiający**”,

a,

reprezentowanym przez:

zgodnie z _____ stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

zwanym dalej jako „**Wykonawca**”,

łącznie zwanymi „**Stronami**”, a pojedynczo „**Stroną**”,

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem _____ w dniu _____) opartego na przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm., dalej jako „**pzp**”) współfinansowanego w ramach projektu pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług**” organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

§ 1

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się przenieść prawo własności i wydać Zamawiającemu sprzęt medyczny szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do Umowy – wypełnionym przez Wykonawcę formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do Umowy – wypełnionym przez Wykonawcę formularzu parametrów technicznych* / wypełnionych przez Wykonawcę formularzami parametrów technicznych* wg załączników nr 2a, 2b do SIWZ (dalej zwany jako „**Przedmiot Umowy**” lub „**towar**”), a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę, o której mowa w § 5.

§ 2

Obowiązki i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki organizacyjne, aby zrealizować wszystkie postanowienia Umowy w sposób profesjonalny i z należytą starannością umożliwiającą spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych i funkcjonalnych towaru.
2. Wykonawca zapewnia, że:
 - a. cel, dla którego zostało powierzone mu wykonanie Przedmiotu Umowy, jak też sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego, jest Wykonawcy wiadomy,
 - b. realizacja Przedmiotu Umowy nie będzie naruszać w jakikolwiek sposób majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
3. Wykonawca zapewnia, że własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie narzędzia i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania wszelkich postanowień Umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, wyprodukowany w roku 2015, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
5. Wykonawca przed wydaniem towaru Zamawiającemu zobowiązuje się do zainstalowania i uruchomienia Przedmiotu Umowy, a następnie do:
 - a. dokonania wpisu zainstalowanego sprzętu medycznego do paszportu technicznego,
 - b. przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i ewentualnej konserwacji towaru. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Wykonanie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem certyfikatów każdemu członkowi przeszkolonego personelu.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcją obsługi przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zapewnia, że we wszystkich przypadkach, w których do prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy niezbędne będzie podłączenie do źródeł zasilania (gniazda, zaworu etc.), Wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcą budowanego obiektu

Szpitala umiejscowienie źródeł zasilania tak, aby Zamawiający mógł użytkować dostarczony sprzęt medyczny zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami eksploatacyjnymi.

8. Wszystkie czynności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostaną wykonane w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy, z wyłączeniem robót i materiałów budowlanych.
9. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym sprzętem medycznym:
 - a. deklarację zgodności wystawioną zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416) - o ile deklaracja taka będzie wymagana odpowiednimi przepisami prawa,
 - b. poświadczenie zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o ile wymóg takiego zgłoszenia wynika z odpowiednich przepisów prawa),
 - c. kartę gwarancyjną,
 - d. instrukcję obsługi, użytkowania i konserwacji,
 - e. wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia okresowych przeglądów, obsługi serwisowej, konserwacji, napraw, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa.
10. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego.
11. Wykonawca zapewnia, iż czynności związane z instalacją, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Umowy nie spowodują trudności w pracy personelu Zamawiającego. W czasie realizacji prac montażowych Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie odpowiednio składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci na własny koszt.
12. Wykonawca zapewnia, że dysponuje sprzętem i osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji postanowień Umowy.
13. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku wystąpienia awarii lub usterki składników II części zamówienia oraz skanera i jego wyposażenia zawartych w zakresie I części zamówienia* trwającej dłużej niż 7 dni (czas liczony będzie od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii lub usterki Wykonawcy), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po upływie 7 dni na swój koszt i ryzyko sprzęt medyczny o takich samych lub lepszych parametrach niż Przedmiot Umowy (dalej jako „sprzęt zastępczy”) na cały czas trwania naprawy. Koszt transportu, ubezpieczenia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi sprzętu zastępczego obciąża Wykonawcę.
14. Obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego obowiązuje dla całości sprzętu zawartego w zakresie II części zamówienia oraz skanera i jego wyposażenia zawartego w zakresie I części zamówienia*, w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym, określonych w paragrafie 9 Umowy.

15. Wykonawca realizując postanowienia Umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zasad, regulaminu i procedur, które to na wniosek Wykonawcy zostaną mu niezwłocznie udostępnione.
16. W toku realizacji postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach, czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy.
17. Wykonawca wykona nową dokumentację ochrony radiologicznej pracowni TK Zamawiającego (Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych Wykonawcy) – dotyczy I części zamówienia.*
18. Wykonawca wykona nową dokumentację ochrony radiologicznej w miejscu użytkowania aparatu RTG z ramieniem C (Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych Wykonawcy) – dotyczy II części zamówienia.*
19. Po dokonaniu instalacji towaru Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze (akceptacyjne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 1015 ze zm.) – dotyczy I i II części zamówienia.*
20. Wykonawca zobowiązuje się dokonać uruchomienia systemu i jego konfiguracji umożliwiającej współpracę z systemem informacji radiologicznej oraz z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów, które obsługuje System informatyczny e-zdrowie funkcjonujący u Zamawiającego. Koszty integracji ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy.
21. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego (dotyczy zadań, w których znajdują się dyski twarde).

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. W przypadku wykonania należycie wszystkich postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których montowany będzie towar.
3. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy wodę i energię elektryczną w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac montażowych.

§ 4

Procedura wydania i odbioru Przedmiotu Umowy

1. Wydanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Przez wydanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją jego dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż, instalację i uruchomienie towaru oraz udzielenie niezbędnego instruktażu dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w celu prawidłowego użytkowania towaru.
3. Przez odbiór Przedmiotu Umowy Strony rozumieją stwierdzenie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego prawidłowego dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, montażu,

instalacji, uruchomienia towaru oraz udzielenia niezbędnego instruktażu dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w celu prawidłowego użytkowania towaru.

4. Strony uzgadniają, iż momentem wydania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu będzie dzień podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Komisję powołaną przez Zamawiającego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
5. Strony ustalają, iż odbioru Przedmiotu Umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję wystąpienia usterek albo uszkodzeń w Przedmiocie Umowy, Wykonawca na swój koszt niezwłocznie usunie wszelkie stwierdzone przez Komisję usterki lub uszkodzenia. Następnie Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do wydania towaru i możliwości przystąpienia Zamawiającego do odbioru towaru.
6. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpić musi w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną.
7. Wydanie i odbiór Przedmiotu Umowy musi się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego.
8. Obowiązek przygotowania wszelkich protokołów odbioru spoczywa na Wykonawcy.
9. Protokół odbioru musi zawierać w szczególności informację o:
 - a. czynnościach wykonanych przez Wykonawcę w dniu wydania i odbioru Przedmiotu Umowy,
 - b. dokumentach wydanych Zamawiającemu,
 - c. dacie wydania Przedmiotu Umowy,
 - d. nazwę wydanego towaru.
10. Protokół odbioru musi zawierać także miejsce na uwagi, które mogą być zgłaszane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do wydania towaru Zamawiającemu wraz informacją o terminie wydania oraz osobach, które będą dokonywać wydania towaru. Wykonawca prześle także do Zamawiającego projekt protokołu odbioru do akceptacji. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do wzoru protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie modyfikacje i ponownie odesłać protokół odbioru do Zamawiającego w celu jego akceptacji. W przypadku zgłoszenia kolejnych uwag procedura określona w niniejszym ustępie ulega powtórzeniu.
12. Zamawiający może odmówić odebrania towaru w przypadku zgłoszenia przez Komisję powołaną przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, co spowoduje, iż Wykonawca będzie musiał dokonać ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wydania towaru.
13. Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiającego odrębną wiadomością o zakresie czynności, jakie Zamawiający ma dokonać w celu ułatwienia Wykonawcy montażu, instalacji i uruchomienia towaru oraz informację o możliwych terminach szkolenia personelu.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie postanowień Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł netto (słownie: złotych).
Do wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, co w rezultacie da wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych).
2. Szczegółowe zestawienie cen za Przedmiot Umowy zawarte jest w Załączniku nr 3 do Umowy.
3. Wynagrodzenie netto za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji.
4. Podpisanie protokołu odbioru przez Komisję powołaną przez Zamawiającego z klauzulą bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
5. Termin płatności wynagrodzenia wynosi do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją postanowień Umowy w tym m.in.: opakowania, kosztów transportu krajowego lub zagranicznego, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia (o ile dotyczy), opłaty celne, montażu, uruchomienia, szkolenia obsługi personelu Zamawiającego, serwisowanie Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, koszty napraw gwarancyjnych, podatki oraz wszelkie inne koszty konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z treścią Umowy.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy.....

§ 6

Osoby upoważnione

1. Osobami upoważnionymi do nadzorowania wykonania postanowień Umowy w imieniu Zamawiającego, jak i do kontaktowania się z Wykonawcą są:
 - a. _____, tel. _____, e.mail _____
 - b. _____, tel. _____, e.mail _____
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie posiadają upoważnienia do zaciągania w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych lub dokonywania ustaleń związanych ze zmianą postanowień Umowy.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, upoważnione są do wydawania Wykonawcy wiążących poleceń oraz do zgłaszania wszelkich uwag i zastrzeżeń co do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Strony ustalają, iż całość korespondencji Wykonawcy będzie kierowana do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów w imieniu Wykonawcy z Zamawiającym jest:
 - a. _____, tel. _____, e.mail _____

6. Każda ze Stron ma prawo zmienić osoby, o których mowa powyżej, powiadamiając drugą Stronę na piśmie na 3 dni przed planowaną zmianą, bez wymogu sporządzania Aneksu do niniejszej Umowy.

§ 7

Kary umowne

1. Zamawiający naliczy karę umowną w następujących przypadkach i okolicznościach:
 - a. w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy,
 - b. w przypadku opóźnienia w terminie wydania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości urządzenia dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c. w przypadku opóźnienia w naprawie sprzętu w okresie gwarancyjnym zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego terminem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wartości naprawianego urządzenia. Kara nie zostanie naliczona w przypadku wstawienia sprzętu zastępczego,
 - d. w przypadku opóźnienia w naprawie sprzętu w okresie pogwarancyjnym zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego terminem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy. Kara nie zostanie naliczona w przypadku wstawienia sprzętu zastępczego,
 - e. w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu sprzętu zastępczego, z wyłączeniem tomografu komputerowego zawartego w I części zamówienia, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 25% wartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym opóźnienie nastąpiło,
 - f. w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregośkolwiek zapewnienia złożonego w § 2 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - a. w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

- jej zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
- b. gdy zostaną wszczęte postępowania zmierzające do ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 - c. gdy dostarczony sprzęt nie odpowiada opisowi i parametrom sprzętu wskazanym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy,
 - d. w przypadku, gdy Zamawiający w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w § 9, nie mógł korzystać z towaru dłużej niż 40 dni.
2. Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawę jego dokonania. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia.
 4. Z chwilą otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca wstrzyma wszelkie czynności związane z realizacją postanowień Umowy.

§ 9

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zakupiony towar gwarancję szczegółowo określoną w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy
 - ... - miesięcznej gwarancji na tomograf komputerowy z wyposażeniem określony w załączniku nr 2a do SIWZ (Zamawiający wymaga gwarancji min. 60 miesięcy),*
 - ... - miesięcznej gwarancji na aparat RTG z ramieniem C określony w załączniku nr 2b do SIWZ (Zamawiający wymaga gwarancji min. 24 miesiące),*
2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sporządzenia protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
3. Wykonawca zapewnia przez cały okres gwarancji i w okresie pogwarancyjnym dane dot. serwisu/serwisów, w tym dane adresowe oraz osobę upoważnioną do kontaktu w zakresie serwisu/serwisów.
4. Gwarancja obejmuje koszt dojazdu, robocizny, części zamiennych (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych) bez względu na to, czy naprawa odbędzie się w miejscu użytkowania sprzętu, czy też poza nim. W zakres gwarancji wchodzi przegląd okresowy oraz przeglądy wymagane przez producenta, przy czym:
 - a. w zakresie I części zamówienia dotyczącej dostawy tomografu komputerowego - min. 2 przeglądy na rok w odstępach równomiernych oraz dodatkowy przegląd na zakończenie gwarancji przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementów, które podlegają wymianie, na własny koszt.*

- b. w zakresie II części zamówienia dotyczącej dostawy aparatu RTG z ramieniem C - ich częstotliwość nie może być rzadsza niż 2 (dwa) razy w roku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementów, które podlegają wymianie, na własny koszt;*
5. Naprawy sprzętu będą dokonywane w miejscu, w którym sprzęt jest używany, chyba że usterka lub awaria, która wystąpiła, jest na tyle poważna, iż naprawa towaru musi odbyć się poza miejscem jego używania. W takim przypadku koszty transportu i odpowiedzialność za Przedmiot Umowy od chwili jego wydania Wykonawcy do chwili jego odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany i naprawy każdego z uszkodzonych elementów lub podzespołów, które uległy uszkodzeniu lub awarii.
 7. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża czas gwarancji o liczbę dni wyłączenia urządzenia z eksploatacji.
 8. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne towaru jest odpowiedzialnością gwaranta z tytułu jakości towaru. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może wymienić cały Przedmiot Umowy na nowy lub naprawić Przedmiot Umowy poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części, z tym że 3 (trzecia) naprawa tego samego elementu lub 3 (trzy) naprawy tego samego rodzaju lub wystąpienie 3 (trzech) usterek lub awarii tego samego rodzaju, uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany części i podzespołów na fabrycznie nowe.
 9. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii lub usterki w okresie trwania gwarancji wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia, w którym to okresie Wykonawca przystąpi do naprawy. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie na nr tel.: _____ lub e-mail: _____ lub fax: _____.
 10. Czas naprawy w okresie trwania gwarancji wynosić będzie 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy towaru.
 11. Wybór sposobu zgłoszenia wystąpienia awarii lub usterki należy do Zamawiającego i może zostać dokonany w każdy ze sposobów wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 12. Wykonawca w ciągu 12 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek) od otrzymania zgłoszenia powiadomi Zamawiającego o sposobie i terminie usunięcia awarii, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie wpłynie do godziny 18:00. Zgłoszenia dokonane w dni robocze po godzinie 18:00 oraz zgłoszenia dokonane w dni ustawowo wolne od pracy traktuje się jako zgłoszenia dokonane o godzinie 07:00 najbliższego dnia roboczego.
 13. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć przez okres 10 lat od zakończenia trwania okresu gwarancyjnego serwis pogwarancyjny z dostępnością wszystkich części zamiennych do Przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem części zamiennych do sprzętu komputerowego wchodzącego w skład dostarczonego towaru).
 14. W zakresie I – II części zamówienia w okresie pogwarancyjnym:
 - a. czas przystąpienia do naprawy wynosić będzie 48 godzin w dni robocze liczonych od momentu dokonania zgłoszenia awarii lub usterki przez Zamawiającego.
 - b. czas naprawy wynosić będzie 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.

- c. koszt dojazdu serwisu w okresie pogwarancyjnym będzie rozliczany według stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 Nr 27 poz. 271 ze zm.).

§ 10*

Wykonawcy wspólnie realizujący postanowienia Umowy

1. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją realizujących.
2. Wykonawcy wspólnie realizujący postanowienia Umowy solidarnie odpowiadają za należyte jej wykonanie.
3. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejszą Umowę, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do reprezentowania wszystkich Wykonawców realizujących postanowienia Umowy. Lider upoważniony jest do otrzymywania zapłaty i bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.
4. Liderem o którym mowa w ust. 3 powyżej jest _____.

§ 11

Zmiana postanowień Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do jej treści w następujących przypadkach:
 - a. wydłużenia terminu wykonania Umowy z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego,
 - b. działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, uniemożliwiającej wykonanie któregoś z postanowień Umowy w wyznaczonym terminie,
 - c. w uzasadnionych przypadkach, ze względu na opóźnienia w produkcji danego towaru, nadzwyczajne trudności transportowe i magazynowe, problemy celne, możliwa jest realizacja dostawy w terminie późniejszym, na umotywowany, pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego,
 - d. w przypadku zaprzestania produkcji elementów potrzebnych do naprawy towaru Zamawiający będzie mógł wyrazić zgodę na dostarczenie części zamiennych o innych, nie gorszych parametrach technicznych, które jednakże będą umożliwiały Wykonawcy naprawienie Przedmiotu umowy,
 - e. w przypadku uchylecia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 Nr 27 poz. 271 ze zm.) i zastąpienia go innym aktem prawnym regulującym przedmiotową materię,
 - f. w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Możliwość zmiany postanowień Umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania wprowadzenia zmian do treści Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane w granicach określonych w art. 144 pzp.
2. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności dokonanie cesji wierzytelności z Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych przepisami pzp. W przypadku zamiaru dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności na zabezpieczenie na bank lub konsorcjum banków, lub inne instytucje finansowe, finansujące działalność Wykonawcy dotyczącą realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający nie może odmówić wyrażenia zgody na dokonanie takiej cesji bez uzasadnionej przyczyny.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby Stron niniejszej Umowy. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku przez którąkolwiek ze Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć z tego tytułu. Strony ustalają, iż wszelkie informacje, oświadczenia i pisma kierowane przez Wykonawcę będą przekazywane Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy.
6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy, tj.:
 - a. Załącznik nr 1 – Odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zamawiającego.
 - b. Załącznik nr 2 – odpis z Wykonawcy.
 - c. Załącznik nr 3 – wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ.
 - d. Załącznik nr 4 – wypełniony przez Wykonawcę formularz parametrów technicznych* / wypełnione przez Wykonawcę formularze parametrów technicznych* wg załączników nr 2a – 2b do SIWZ.
 - e. Załącznik nr 5 – informacje o serwisie/serwisach odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Zamawiający:

Wykonawca:

Imię i nazwisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Pełniona funkcja: _____

Pełniona funkcja: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

** niepotrzebne skreślić.*