



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35
www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785

REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 15.12.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak postępowania: 17/ZP/2021

Dotyczy: Zadanie nr 1. System ogrzewania pacjenta. Zadanie nr 2. Zakup koncentratorów tlenu, dozowników tlenu, rozgałęźników punktów poboru tlenu.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

Ad. zadania nr 1(system ogrzewania pacjenta):

1. Czy zamawiający dopuści system działający w technologii suchego grzania, wykorzystujący polimerowy element grzewczy?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy zamawiający dopuści jednostkę kontrolną umożliwiającą podłączenie od jednego do pięciu elementów grzewczych sterowanych jednocześnie z odczytem temperatury zadanej dla wszystkich kanałów równolegle?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy zamawiający dopuści materace grzewcze w dowolnej konfiguracji złożonej z poniższych rozmiarów:

1900 × 585 mm 3.2 kg

1900 × 535 mm 2.8 kg

1200 × 585 mm 1.9 kg

1200 × 535 mm 1.8 kg

1070 × 585 mm 1.8 kg

1070 × 535 mm 1.7 kg

610 × 340 mm 0.6 kg

610 × 430 mm 0.7 kg

60 × 480 mm 0,8 kg

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4. Czy zamawiający dopuści elementy grzewcze niewymagające więcej niż jednego czujnika temperatury, ponieważ polimerowa warstwa grzewcza posiada właściwości równomiernego nagrzewania na całej powierzchni, nie występuje gradient temperatury na materacu i monitorowanie jednym czujnikiem jest zbieraniem informacji z całego elementu grzewczego?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

5. Czy zamawiający dopuści kabel łączący jednostkę kontrolną z elementami grzewczymi o długości 3m?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy zamawiający dopuści elementy materace posiadające zintegrowane pasy mocujące, nie wymagające dodatkowych pokrowców?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

7. Czy zamawiający dopuści koc grzewczy w rozmiarze 1660mm x 800mm x 40mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

8. Czy zamawiający wymaga Urządzenie które w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

9. Czy zamawiający dopuści urządzenie które ma wbudowana baterie i pracuje bez dostępu prądu z sieci ale w czasie krótszym niż 1,5h ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

10. Czy zamawiający dopuści urządzenie które może obsługiwać dwóch pacjentów jednocześnie z taką samą temp wyświetlaną na jednostce kontrolnej?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

11. Czy zamawiający dopuści Jednostkę kontrolna z 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez złącza do wyrównywania potencjałów ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

13. Czy zamawiający mając na uwadze codzienna pracę i wygodę personelu wymaga aby urządzenie ważyło poniżej 2 kg ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

14. Czy zamawiający dopuści System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

15. Czy zamawiający wymaga aby przy potencjalnym uszkodzeniu mechanicznym materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania zabiegu/operacji ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

16. Czy zamawiający dopuści materac zasilany urządzeniem 26V DC?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

17. Czy zamawiający dopuści materac posiadający jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

18. Czy zamawiający dopuści jednolita konstrukcję materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych)?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

19. Czy zamawiający wymaga wbudowany w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

20. Czy zamawiający dopuści zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa $\geq 43^{\circ}\text{C}$ przy którym system jest automatycznie wyłączany?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie 1

Punkt 8. Prosimy o odstąpienie od wymogu :Opcjonalnie zasilanie bateryjne z możliwością pracy min. 1,5 godz. niezależnie od sieci.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 18-19. Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30 do 40°C, w krokach co 0,1°C.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 21. Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeprowadzającej autotest przy każdym włączeniu. Pozytywny rezultat testu umożliwia rozpoczęcie pracy urządzenia.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 22-25. Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony komunikat słowny w języku polskim i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

- odchylenia temperatury;
- wysokiej temperatury;
- elementu grzewczego/czujnika;
- niedogrzenia,
- zaniku zasilania.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 29. Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wadze max. 5,8 kg.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 30. Prosimy o dopuszczenie poboru mocy max 350W – rzeczywisty pobór mocy jest uzależniony od wielkości podłączonego elementu grzewczego - dla elementu 180x80 cm jest to 250W

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 31 i 33. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych dostępnych w różnych rozmiarach, dedykowanych do przykrycia pacjenta - koców lub dedykowanych do ogrzewania pacjenta od dołu - materac. Prosimy o odstąpienie od wymogu wykonania materaców o wymiarach na życzenie użytkownika.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Punkt 35. Prosimy o dopuszczenie dostępności następujących rozmiarów elementów grzewczych:

1. 60x35 cm materac
2. 80x50 materac, 80x70 cm koc
2. 120x50 cm materac, 120x80 cm koc
3. 150x50 cm materac, 150x80 cm koc
4. 150x45 cm koc na ramiona i barki
5. 190x100cm koc

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Ad. Zadanie Nr 2 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie Nr 2 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie Nr 2 poz. 2, 3

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji sprzętu oraz przeszkolenia pracowników z zakresie dozowników tlenu oraz rozgałęźników punktu poboru tlenu z zadania Nr 2. Oferowane dozowniki i rozgałęźniki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane dozowniki i rozgałęźniki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych dozowników i rozgałęźników przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza dostawę bez przeprowadzenia szkolenia.

Umowa § 2 ust. 1

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie korekty wzoru umowy, z uwagi na fakt, iż udostępniony wzór umowy przewiduje obowiązek realizacji przedmiotu umowy do końca października 2021 r.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga dostawy 2 tygodni od podpisania umowy.

Umowa § 6 ust. 2 pkt. a)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy w zakresie dozowników oraz rozgałęźników z zadania Nr 2.

Odpowiedź. Zamawiający wraza zgodę.

Zadanie Nr 2 poz. 2, 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie dozowników i rozgałęźników z zadania Nr 2, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź. Zamawiający wraza zgodę.

Zadanie Nr 2 poz. 2

1. Biorąc pod uwagę, że w instalacji tlenu maksymalne ciśnienie wlotowe to 0,45 MPa = 4,5 bar, czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu rotametryczny wysokiej jakości o bezpiecznym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa = 5 bar, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie Nr 2 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wodę destylowaną oraz nawilżaczy bąbelkujących o pojemności 300 ml.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie Nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozgałęźnika punktu poboru tlenu w wersji „T”.
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.