

Sejny, dnia 03.11.2011 r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 07/ZP/2011 na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytania wraz z odpowiedziami

1. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1. Czy zamawiający ma na myśli rękawice lateksowe niesterylne pudrowane czy bezpudrowe?

Odp. Zamawiający ma na myśli rękawice lateksowe niesterylne pudrowane.

2. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3. Czy zamawiający ma na myśli rękawice winylowe niesterylne pudrowane czy bezpudrowe?

Odp. Zamawiający ma na myśli rękawice winylowe niesterylne pudrowane.

3. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1. Czy zamawiający ma na myśli rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane?

Odp. Zamawiający ma na myśli rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane.

4. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą syntetyczną zawierającą poliuretan, wykonane z neoprenu, posiadające mankiety rolowane o poziomie AQL max. 1, długość 305 mm +/- 5 mm, mikroteksturowane, grubość rękawic w palcach min. 0,20 mm, dłoń 0,18 – 0,19 mm, mankiety 0,16 – 0,17 mm, kolor brązowy, o siłach zrywania przed starzeniem min. 10,5 N oraz po starzeniu min. 8,0N, pakowane po 50 par. W/w parametry potwierdzone protokołem badań producenta zgodnym z PN/EN 455 – 1,2,3.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne do neurochirurgii, z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 50 µg/g), bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna rękawicy pokryta poliuretanem, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą rękę. W kolorze nie powodującym refleksu przy dodatkowym oświetleniu. Elastyczne, odporne na rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,17 – 0,18 mm, palec 0,18 – 0,19 mm, mankiety długość min. 0,16 – 0,17

mm, siły zrywania przed starzeniem min. 13,0 N, po starzeniu min. 11,0 N, długość min. 285 mm, AQL ≤ 1,0. Pakowane po 25 par.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1,3. Czy zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

Odp. Zamawiający w poz. 1 i 2 oczekuje rękawic bezpudrowych. W pakiecie 5 istnieją tylko dwie pozycje.

8. Dotyczy § 3, pkt 2 umowy. Prosimy o przedłużenie terminu dostawy z 72 h do 96 h od chwili otrzymania bieżącego zamówienia.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

9. Dotyczy pakietu nr 3. Czy w pozycjach 1 i 3 chodzi o rękawice pudrowane?

Odp. Tak.

10. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni. Krótki termin wskazany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania wszystkich wykonawców.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

11. Prosimy o odniesienie kar z § 6 ust. 1 i 2 do wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby strona umowy była zobowiązana do zapłacenia kary w tej samej wysokości niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w projekcie umowy.

12. Prosimy o odniesienie kar, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 do wartości, odpowiednio dostawy, której dotyczy zwłoka i towarów podlegających reklamacji.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w projekcie umowy.

13. Prosimy o rozważenie dopuszczenia proporcjonalnej zmiany cen obowiązujących strony umowy w przypadku:

- 1) zmiany stawki VAT,
- 2) zmiany stawek celnych,
- 3) zmiany kursów walut, np. o min. 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert – wg tabeli NBP,

4) zmiany cen producenta – udokumentowanej (np. cennik, faktura, oświadczenie producenta) i uzasadnionej (np. wzrost cen surowców niezbędnych do produkcji).

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w okresie obowiązywania umowy w przypadku zmian cen urzędowych oraz stawek podatku VAT, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu wraz z uzasadnieniem zamawiającego przez wykonawcę.

14. Dotyczy umowy. Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonanie w paragrafie 3 ustęp 1 zapisu: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w projekcie umowy.

15. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5 ustęp 3 zapisu „doręczenia” na „wystawienia”.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w projekcie umowy.

16. Czy zamawiający dodanie zapisu paragrafie 5 ustęp 2 umowy:

„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- 1) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- 2) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w okresie obowiązywania umowy w przypadku zmian cen urzędowych oraz stawek podatku VAT, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu wraz z uzasadnieniem zamawiającego przez wykonawcę.

17. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 6 ustęp 1 i 2 umowy zapisu „wartości przedmiotu umowy” na „wartość niezrealizowanej części umowy brutto”?

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w projekcie umowy.

18. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 29, 30, 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w odcinkach po 9,2 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

19. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 64. Prosimy na wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety operacyjnej 4-warstwowej, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania s.i.w.z.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

20. Dotyczy pakietu nr 9, poz. 2. Czy zamawiający wymaga zestawu sterylnego dla noworodka w składzie:

- 1) serweta kompresowa z włókniny kompresowej o wym. 80 x 60 cm – 1 szt.
- 2) podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft o wym. 60 x 60 cm – 1 szt.
- 3) czapeczka dla noworodka o wym. 12 x 10 – 1 szt.
- 4) kocyk flanelowy o wym. 160 – 75 cm – 1 szt..

Odp. Zamawiający wymaga wyżej opisanego zestawu.

21. Dotyczy pakietu nr 9, poz. 12. Czy zamawiający dopuści sterylny pakiet kompresów gazowych 17 nitkowych 16 warstwowych z nitką RTG sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu o wym. 10 x 10 cm, pakowane po 40 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 7. Zwracamy się do zamawiającego czy nie wkradł się błąd przy opisie i w opisie nie powinno być igły j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki – dot. poz. 7a – 7h.

Odp. W opisie powinno być igły j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki – dot. poz. 7a – 7h.

23. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 15 – 17. Zwracamy się do zamawiającego czy nie wkradł się błąd pod pakietem i nie powinno być: Pakiet 8 poz. 15, 16, 17 – dołączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatora.

Odp. W opisie powinno być: Pakiet 8 poz. 15, 16, 17 – dołączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatora.