

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Sejny, dnia 01.03.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego

Znak postępowania: 01/ZP/2022

Dotyczy: Zakup sprzętu do sterylizacji (sterylizator parowy na 4 jednostki wsadu z własną elektryczną wytwornicą pary, w tym 2 wózki transportowe sterylizatora parowego oraz 1 wózek załadowniczy sterylizatora parowego).

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

I. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę sterylizatora o pojemności komory min. 4 jednostek wsadowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylizatora parowy na 4 jednostki wsadu.

2. Czy Zamawiający dopuści 5 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym panelem sterowania o przekątnej 5,5 cala po stronie załadowniczej oraz z wyświetlaczem 4 linijkowym po stronie wyładowniczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer.: 996 mm wys.: 1954 mm głębokość 1336 mm podane w opisie zamówienia wymiary jednoznacznie wskazują na sterylizator parowy będący w ofercie tylko jednego wytwórcy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

II. Dotyczy zapisów umowy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust. 2 i 5 poprzez nadanie mu brzmienia

2. Szczegółowe warunki gwarancji:

a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni roboczych, jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę zwłoki karę równoważną 2 % wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku,

b) Wykonawca w okresie gwarancyjnym wykona bezpłatnie (na swój koszt) niezbędne przeglądy i serwis sprzętów określonych w § 1 wraz z wymianą niezbędnych elementów.

c) w koszt serwisowania wlicza się niezbędne podzespoły, które podlegają wymianie w okresie obowiązywania gwarancji.

(...)

5. Wykonawca w miarę możliwości i dostępności części zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez okres do 8 lat po upływie terminu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 1 – 5 i 9 poprzez nadanie mu brzmienia:

Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości:

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy,
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy ,
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 3 dni robocze Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (usterki), o której mowa w § 6 ust. 2 lit. a) Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności, jeżeli nie zostały jeszcze uregulowane przez Zamawiającego. Natomiast w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych ze środków własnych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kar, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086.

(...)

9. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad lub usterek przedmiotu umowy, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 4 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

III.

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez możliwości zdalnego diagnozowania urządzenia poprzez złącze sieciowe. Aby sterylizator diagnozować on-line konieczne jest umożliwienie połączenia z siecią szpitalną z zewnątrz, co nie jest bezpieczne i wymaga zatwierdzenia przez szpitalny dział IT. Urządzenie ma możliwość zdiagnozowania poprzez podłączenie komputera do jego sterownika podczas pracy, nie przerywając cyklu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na nie wpisaniu pełnego wymogu. W wymogu „- wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia procesu zewnętrznej drukarce w formacie A4” zwrot „zewnętrznej drukarce w formacie A4” sugeruje, że należy do innego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje i prostuje omyłkę (w załączeniu: Załącznik nr 2. Formularz wymaganych parametrów po doprecyzowaniu i sprostowaniu omyłki)

Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na nie wpisaniu pełnego wymogu. W wymogu „- automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora sterownika bez udziału serwisu producenta” zwrot „sterownika bez udziału serwisu producenta” sugeruje, że należy do innego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje i prostuje omyłkę (w załączeniu: Załącznik nr 2. Formularz wymaganych parametrów po doprecyzowaniu i sprostowaniu omyłki)

Pytanie 4 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylizatora z wbudowanym detektorem gazów niekondensujących/powietrza w parze zasilającej zgodnym z normą PN EN 285, bez programu testowego detektora, z sygnalizacją lub przerwaniem procesu w przypadku wykrycia nieprawidłowej jakości pary? W proponowanym urządzeniu detektor gazów niekondensujących jest wzorcowany u producenta podczas produkcji urządzenia. Sprawdzenie jego działania jest wykonywane podczas każdego przeglądu okresowego. W przypadku informacji lub przerwania cyklu związanych z pojawieniem się gazów niekondensujących należy w pierwszej kolejności wykonać kontrolę wody, którą zasilana jest wytwornica pary, czy jest odpowiedniej jakości, ponieważ z niej powstaje para. Program testowy również korzysta z pary wytworzonej z wody ze stacji uzdatniania. W przypadku nieodpowiedniej wody test będzie niewiarygodny przy prawidłowej lub nieprawidłowej pracy detektora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów, Pozostałe wymagania Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie oferty należy również ująć niezbędne modyfikacje drogi transportowej (np. demontaż drzwi, poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi), aby zaoferowany sterylizator wstawić we wskazane przez Zamawiającego miejsce? Informacja ta jest istotna ponieważ wiąże się z dodatkowymi pracami, które należy przewidzieć tworząc ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający we własnym zakresie wykona prace typu: demontaż drzwi, poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi.

Pytanie 6 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów, Pozostałe wymagania W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej proszę o doprecyzowanie czy w ofercie należy uwzględnić dodatkową sprężarkę sprężonego powietrza wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji: sprężonego powietrza zasilającego sterylizator oraz elektrycznej zasilającej sprężarkę? Informacja ta jest istotna ponieważ wiąże się z dodatkowymi pracami, które należy przewidzieć tworząc ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do funkcjonowania sterylizatora zgodnie z jego przeznaczeniem niezbędne jest urządzenie, tj. dodatkowa sprężarka, jak również wykonanie niezbędnych instalacji: sprężonego powietrza zasilającego sterylizator oraz elektrycznej zasilającej sprężarkę. Zamawiający wymaga zarówno urządzenia jak również wykonania niezbędnych instalacji do jego przyłączenia.

Pytanie 7 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów, Pozostałe wymagania oraz Załącznik nr 3 Umowa – projekt §3 pkt 2 Prosimy o udzielenie informacji czy wyłoniony w postępowaniu Wykonawca ma tylko dostarczyć do Szpitala deklaracje i certyfikaty niezbędne do złożenia wniosku do UDT, czy ma przygotować stosowne zgłoszenie do UDT w imieniu Szpitala i zrealizować odbiór dostarczonego sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do Szpitala deklaracje i certyfikaty niezbędne do złożenia wniosku do UDT i przygotował stosowne zgłoszenie do UDT w imieniu Szpitala oraz zrealizował odbiór dostarczonego sterylizatora.

IV.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylizatora parowego o pojemności komory 6 jednostek wsadu zgodnych z PN EN-285 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ i odpowiedziami na zapytania.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym kolorowym, panoramicznym ekranem dotykowym o przekątnej 10" po stronie załadowniczej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym kolorowym, panoramicznym ekranem dotykowym o przekątnej 10" po stronie wyładowniczej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatyczną archiwizacją wszystkich raportów i wykresów procesu na komputerze zewnętrznym lub dysku zewnętrznym typu pendrive?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o długości 135 cm, szerokości 90 cm oraz wysokości 198 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ i odpowiedziami na zapytania.

6. Wnosimy o zmianę kryterium oceny nr 3 na:

a. Termin wykonania przedmiotu umowy w terminie powyżej 5 tygodni ale nie dłużej niż 8 tygodni – 0 pkt

b. Termin wykonania przedmiotu umowy w terminie nieprzekraczającym 5 tygodni – 20 pkt

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że brak odbycia wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Dotyczy umowy &6 ust 2 a) – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na :

a) „maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni **roboczych**, jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni **roboczych** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku” Jednocześnie prosimy o zmianę „za każdą dobę opóźnienia „, na „za każdą dobę zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy umowy &6 punkt 2 a)

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących dostawy urządzenia zastępczego. Uzasadnienie – przedmiotem zamówienia jest urządzenie które instalowane jest na stałe i podłączone do specjalnie przygotowanego miejsca. Transport oraz instalacja urządzenia na zamianę zajęłaby kilka dni roboczych i wyłączyłaby z pracy cały dział sterylizatorni ponieważ podczas prac instalacyjnych nie jest możliwe zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych do obróbki narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej

naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

V.

Pytania do: Załącznik nr 2. Formularz wymaganych parametrów

1. Czy Zamawiający dopuści 4 standardowe programy sterylizacji + cykle niestandardowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji programów przez użytkownika o wysokim poziomie bezpieczeństwa i tylko dla cykli niestandardowych (nie dla 4 standardowych programów sterylizacji)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wbudowany kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy 10" po stronie załadowniczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

VI.

Dot. SWZ:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności). Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: Schody przed budynkiem z podjazdem dla wózków o szerokości 140 cm. Drzwi wejściowe do budynku wys. 216 cm, szer. 129 cm. Korytarz szerokość 120 cm. Drzwi do pomieszczenia z autoklawem 202 cm x 89 cm.

Dot. SWZ rozdział : V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie przekraczającym 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie przekraczającym 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Uzasadnienie: dwuletni czas pandemii wpłynął destabilizująco na światową gospodarkę, załamały się łańcuchy dostaw, od których uzależnieni są wszyscy producenci. W wyniku pandemii wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt medyczny i w związku z tym czas realizacji zamówień uległ znacznemu wydłużeniu.

Sterylizatory parowe to urządzenia produkowane na konkretne zamówienie, z konfiguracją wg. wymogów Zamawiającego.

W obecnych realiach wyprodukowanie sterylizatora w terminie 8 tygodni nie jest możliwe.

Termin 16 tygodni daje szansę w tej trudnej sytuacji rynkowej na złożenie oferty przetargowej przez potencjalnego Wykonawcę oraz daje gwarancję terminowego wykonania ewentualnego kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Dot. SWZ: rozdział XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ punkt 2:

2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie:

- czy osoba która fizycznie składa / wysyła ofertę przez E-PUAP (a nie jest upoważniona do reprezentowania firmy) musi potwierdzić proces wysłania dokumentacji przetargowej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

- czy Zamawiający w tym zapisie określa, że osoba upoważniona do reprezentowania firmy w dokumentach ofertowych ma złożyć podpis w dokumentacji przetargowej w postaci podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Odpowiedź: Wykonawca składa ofertę zgodnie z rozdziałem 7, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Dot: SWZ

Czy Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu serwisowych kodów dostępowych po upływie okresu gwarancji?

Uzasadnienie: udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji daje Zamawiającemu większą możliwość wyboru serwisu pogwarancyjnego.

Odpowiedź: Tak.

Dot.: załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy § 6 punkt 2 ustęp a)

2. Szczegółowe warunki gwarancji:

- a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku,

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

2. Szczegółowe warunki gwarancji:

- a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni Wykonawca zapłaci za

każdą dobę opóźnienia karę równoważną 10 % wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku,

Uzasadnienie:

Sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, w konfiguracji dostosowanej do potrzeb danego Zamawiającego. Żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie.

Ponadto wysokość zaproponowanej kary znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Dot.: załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy § 7 punkt 3,4

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (usterki), o której mowa w § 6 ust. 2 lit. a) Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (usterki), o której mowa w § 6 ust. 2 lit. a) Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Dot. załącznik nr 2.do SWZ: Formularz wymaganych parametrów.

1. Czy Zamawiający dopuści wbudowany kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy o przekątnej 7" po stronie załadowniczej?

Uzasadnienie: Proponowany ekran dotykowy zapewnia ergonomiczną i komfortową obsługę i jest minimalnie mniejszy od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wbudowany kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy o przekątnej 7" po stronie wyładowniczej?

Uzasadnienie: Proponowany ekran dotykowy zapewnia ergonomiczną i komfortową obsługę i jest większy od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator był wyposażony w wbudowaną drukarkę igłową, gwarantującą wieloletnią trwałość wydruków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator był wyposażony w wodowskaz umieszczony na panelu frontowym informujący o poziomie wody w wytwornicy pary?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia fazy cyklu procesu, wydruk na drukarce igłowej oraz możliwość wydruku na drukarce w formacie A4?

Uzasadnienie: Na ekranie wyświetlany jest czas do końca fazy cyklu, a wydruk realizowany jest na wbudowanej drukarce igłowej. Istnieje możliwość realizacji wydruków w formacie A4

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający automatyczny proces sterylizacji z inicjacją dokonaną przez personel oraz automatyczne wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego?

Uzasadnienie: Sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe podlega nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego i jako takie wymaga, aby jego pracy była kontrolowana przez personel, stąd konieczność zainicjowania procesu.

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści sterylizator z panelem dotykowym umieszczonym z boku komory na ergonomicznej wysokości co wiąże się z większą szerokością urządzenia (117 x 97 x 190 cm)?

Uzasadnienie: Proponowane urządzenie skonstruowano z myślą o ergonomicznej obsłudze z zachowaniem zasady aby panel dotykowy nie znajdował się ponad komorą sterylizacyjną. Umieszczenie ekranu dotykowego z boku komory wiąże się z większą szerokością urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia fazy cyklu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.