



Sejny, dnia 29.04.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego**

Znak postępowania: 04/ZP/2022

Dotyczy: Zakup sprzętu medycznego, leków i opatrunków z podziałem na 8 zadań.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2021 r. Dz.U. poz. 1129 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt2 OPZ wymagając wsadu jednorazowego 12 par obuwia zamiast min. 14 par?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jednorazowego wsadu minimum 12 par obuwia, dopuszcza większą ilość.

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię z suszeniem konwencjonalnym? poz1).

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj.: aktywne suszenie termodynamiczne.

3. **Dot. pkt. IV SWZ ppkt. a) – Zadanie 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla Zadania 1 – Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty do 4 tygodni.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy maksymalnie do 6 tygodni w zakresie zadania nr 1.

4. **Dot. pkt. V SWZ Zadanie 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla Zadania 1 – Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty do 4 tygodni.

Odpowiedź. Zamawiający wydłuża termin dostawy do maksymalnie 6 tygodni.

5. **Dot. Projekt umowy dla Zadania 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu w §6 pkt. 2 ppkt. a):

„maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy – nie dłużej niż 14 dni.”

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

6. **Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania myjni-dezynfektora posiadającej 15 fabrycznie wbudowanych programów (w tym program dezynfekcji BGA 93°C 10 min oraz program VarioTD 90°C 5 min) z możliwością zaprogramowania 3 preferowanych

programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia w menu i listę programów.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

7. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora posiadającą agregat suszący gorącym powietrzem wyposażony w filtr HEPAH 13?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora z wydajną pompą obiegową do natrysku wody poprzez ramiona natryskowe i dysze iniekcyjne o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczającą zmienne ciśnienie wody, o średniej wydajności 500l/min?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora posiadającą pompę dozującą zabudowaną wewnątrz urządzenia oraz możliwość podłączenia 2 dodatkowych (zewnętrznych) pomp dozujących do płynnych środków chemicznych?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

10. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora z kontrolą ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach, z możliwością ustawienia stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora z możliwością podłączenia 2 dodatkowych (zewnętrznych) pomp dozujących do płynnych środków chemicznych?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

12. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora o wymiarach:

- wymiary zewnętrzne: wys. 835 mm (bez pokrywy 820 mm) x szer. 598 mm x gł. 598 mm
- wymiary wewnętrzne komory myjącej: wys. 522 mm x szer. 536 mm x 518 mm(góra), 523 mm (dół) ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora z warunkami instalacyjnymi:
Podłączenie elektryczne

- Napięcie (stan fabryczny):3N AC 400/50 V/Hz
- Moc przyłączeniowa: 9,3 kW
- Zabezpieczenie: 3x16 A?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

14. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni-dezynfektora z wsadem jednorazowym 20 butów?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

16. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty

Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?

Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na jego jakość np. (blokada obrotu ramion spowodowana wystawianiem elementów ładunku, strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika.

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga.

17. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty

W placówkach medycznych coraz częściej używane jest obuwie operacyjne z wyjmowanymi wkładkami również poddawanych dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość mycia w jednym cyklu zarówno butów jak i wkładek do butów, umieszczanych na osobnym koszu w specjalnie przystosowanym do tego stelażu?

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga.

18. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty

Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga aby zasobnik na sól regeneracyjną o pojemności przynajmniej 2 kg umiejscowiony był w drzwiach?

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w pozycji wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków aby uzyskać dostęp do zbiornika na sól.

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

19. Dot. Załącznik nr 2 Zadanie 1 Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia w menu i listę programów? Urządzenie może być obsługiwane przez różne osoby i ważne jest aby obsługa była intuicyjna i nie dochodziło do pomyłek przy wyborze programów dostępnych z szerokiej listy.

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

20. Pytania do SWZ:

- 1) Czy Zamawiający zgodzi się dla zadania 1 na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od zawarcia umowy? Prośbę motywujemy sytuacją geopolityczną, która wpływa na łańcuchy dostaw, także sytuacja związana z pandemią ma jeszcze wpływ na ww. łańcuchy dostaw.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy maksymalnie do 6 tygodni w zakresie zadania nr 1.

- 2) Prosimy o sprostowanie informacji z rozdziału „VI. INFORMACJE DODATKOWE” w punkcie 5. Jest tutaj zapis „nie dopuszcza składania ofert częściowych”, a postępowanie jest wyraźnie podzielony na 8 zadań (choćby tytuł postępowania o tym świadczy).

Odpowiedź. Zamówienie podzielone jest na osiem odrębnych zadań. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach jednego zadania.