

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 08/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści kapnometr o rozmiarach: 150 mm x 75 mm x 35 mm i wadze < 400g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy zadania nr 5. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr stacjonarno-przenośny o poniższych parametrach:

Zakres pomiaru	SpO ₂	0 - 100%
	Puls	0 - 300 BPM
Dokładność	SpO ₂	+/- 2% (70 - 100%)
	Puls	+/- 1 BPM (powyżej 100/min), +/- 1% (> 100/min)
Wyświetlacz		
Dane techniczne		Wyświetlacz OLED, 262,000 kolorów, rozdzielczość 128 x 160
Wyświetlanie		Saturacja tlenu, częstotliwość pulsu, pletyzmografia, wykres słupkowy,
		czas trybu pracy.
Wskaźniki		Moc i jakość sygnału ality, amplituda pulsu, stan baterii, alarmy,
		podłączenie i rozpoznanie czujnika
Trendy		
	Trend długi	ponad 48 hours
	Trend krótki	15 min/30 min/4 hrs
Środowisko pracy		
Operacyjne		-20 - 50°C, 15 - 95% R.H., 600 - 1300 hPa
Przechowywanie		-30 - 70°C, 10 - 95% R.H., 600 - 1500 hPa
Właściwości		
Konstrukcja		Wodoodporność ograniczona
Standard		EN 60601-1/EN 865/ISO 9919: 2005/IEC 60601-1-2:2004
Bezpieczeństwo		Klasa bezpieczeństwa II / typ BF
Wymiary		11.8 cm x 6 cm x 2.5 cm
Waga		ok. 160 g (z bateriami)
Zasilanie		3 baterie AA
Czas pracy		Powyżej 2 dni pracy ciągłej, ok.4 dni w trybie ekonomicznym
Podłączenie do PC		USB 2.0
Wybór wersji językowej		GB, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, ZA
Skład zestawu:		OxyTrue A – urządzenie podstawowe, C 6500 SoftCap – 1x czujnik,
		Oprogramowanie PC, kabel USB, etui, 3 baterie AA

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy zadania nr 5 pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zasilaniem AC 240 VAC, 50/60 Hz i o poborze mocy 70 VA?

Odp. Zamawiający dopuszcza.