

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Ssak elektryczny.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot :

Nazwa (nazwa handlowa) i typ:

Producent (pełna nazwa i adres)

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Ssak elektryczny, napęd bezolejowy, przeznaczony do pracy ciągłej	TAK	
2.	Przełącznik nożny trybu pracy ssaka	TAK	
3.	Wygodny uchwyt na ssaku do przesuwania ssaka	TAK	
4.	Wydajność min.58 l/min.	TAK	
5.	Zasilanie 230V/50Hz	TAK	
6.	Płynna regulacja ssania 0-90 kPa oraz manometr	TAK	
7.	Stelaż jezdny na 4 kółkach przewodzących ładunki antystatyczne (w tym 2 z hamulcem) z 2 szynami 10x25mm do wieszania słoï	TAK	
8.	Słój sterylizowalny w 134° o poj. min.2 litry , pokrywa słoja z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – 2 kpl.	TAK	
9.	Filtr przeciwbakteryjny na wylocie powietrza	TAK	
10.	W zestawie mają być dodatkowo: - zapas jednorazowych filtrów papierowych min. 50 szt - wąż silikonowy do słoï – min. 2m.	TAK	
11.	Zabezpieczenie przeciwprzelewowe niezależnie od zabezpieczenia na słojach	TAK	
12.	Wielorazowy, sterylizowalny filtr hydrofobowy 1 szt	TAK	
13.	Wyrób medyczny klasy min. IIa	TAK	
14.	Deklaracja zgodności CE	TAK	
16.	Gwarancja min. 24 m-ce	TAK	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie):

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie):

Podatek VAT zł słownie:

.....
 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 2. Fantom.

Nazwa (nazwa handlowa) i typ:

Producent (pełna nazwa i adres)

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Lp.	Opis parametru	Wymagane parametry	Opis oferowanego parametru
1.	Manekin - cała postać	TAK	
2.	Drogi oddechowe umożliwiające intubację poprzez usta za pomocą rurek dotchawicznych, zakładanie masek krtaniowych rurek Combitube, rurek ustno-gardłowych oraz wentylację urządzeniami do sztucznej wentylacji	TAK	
3.	Konstrukcja dróg oddechowych umożliwiająca naukę udrażniania w wyniku odchylenia głowy	TAK	
4.	Brzuch unoszący się podczas rozdęcia żołądka	TAK	
5.	Tors do nauki zewnętrznego masażu serca posiadający płynną regulację sztywności	TAK	
6.	Urządzenia mechaniczne lub elektroniczne, umożliwiające obserwację poprawnej wentylacji i masażu serca: głębokości uciśnień, nieprawidłowego ułożenie rąk, objętości oddechu, rozdęcia żołądka	TAK	
7.	Bezprzewodowe podłączenie do komputera z odpowiednim oprogramowaniem do rejestracji, oceny i archiwizacji wyników resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz defibrylacji wykonywanej na manekinie	TAK	
8.	Zawarty w programie komputerowym symulator EKG generujący minimum 25	TAK	

	rytmów serca i minimum dwa artefakty, symulujący efekt defibrylacji		
9.	Elektrody umożliwiające wykonywanie defibrylacji standardowym defibrylatorem oraz odczyt EKG generowanego przez program komputerowy	TAK	
10.	Elektronicznie generowane tętno wyczuwalne na tętnicy szyjnej	TAK	
11.	Cztery elektrody na klatce piersiowej do odczytu EKG generowanego przez program komputerowy	TAK	
12.	Sztywna walizka do przechowywania i transportu	TAK	
Pozostałe			
1	Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)	TAK	
2.	Gwarancja minimum 24 m- cy	TAK	
3	Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 7 dni z wyłączeniem świąt	TAK	
4	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty	TAK	
5.	Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu.	TAK	
6.	Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe	TAK	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie):

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie):

Podatek VATzł słownie:

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy