

Sejny, dnia 18.10.2012 r.

W postępowaniu 13/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi.

### **Dotyczy zadania nr 1**

1. Paragraf 4 ust. 1. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie maksimum 24-miesięcznej gwarancji”.

**Odp. Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z prośbą.**

2. Paragraf 4 ust. 2a. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Szczegółowe warunki gwarancji: maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – do 5 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski: do 10 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 10 dni wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach.”

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

3. Paragraf 5 ust. 2a. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego: maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni.”

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

4. Paragraf 8 ust. b. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości: w przypadku odstąpienia Wykonawcy, od wykonania postanowień umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.”

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

### **Dotyczy zadania nr 2**

5. Paragraf 4 ust.4e. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Szczegółowe warunki gwarancji: maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – do 5 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski: do 10 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 10 dni wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach.”

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

6. Paragraf 5 ust. 3f. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego: maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni.”

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

7. Paragraf 8 ust. b. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości: w przypadku odstąpienia Wykonawcy, od wykonania postanowień umowy z

winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.”

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

**Dotyczy zadania nr 1 i 2**

8. Lp.8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym do podtrzymania pracy aparatu wraz z turbiną lub kompresorem na minimum 120 minut.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Lp. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją objętościową wymuszoną i asystującą z pośrednim ustawieniem stosunku I:E?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Lp. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją ciśnieniową wymuszoną i asystującą z pośrednim ustawieniem stosunku I:E?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Lp. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator gdzie objętość pojedynczego oddechu jest w zakresie 50-2000 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Lp. 32. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości wyboru sposobu nastawiania parametrów wdechu i wydechu min. z: I:E, Ti:Ttot, czas wdechu i szczytowy przepływ wdechowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Lp. 36. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych m 10-80%?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Lp. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator ze skokową regulacją czasu narastania przepływu w postaci: wolny, średni, szybki?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

15. Lp. 40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym w zakresie 2-80 cm H<sub>2</sub>O?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Lp. 57. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyświetlaniem pętli: P/V, V/F?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**