

znak postępowania: 17/ZP/2012

Zapytania wraz z odpowiedziami

W postępowaniu 17/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

I. Pytanie do wzoru umowy

1. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę § 6 pkt, 3 z „w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowa za każdy dzień zwłoki”

Na: „w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki” Prośbę swą kierujemy ponieważ kara umowa zawarta na tą chwilę jest nieadekwatna do zawinienia.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

II. Pytania do Pakietu 2

1. Pakiet 2, poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych czy bezpudrowanych?

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych.

2. Pakiet 2, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Jednocześnie informujemy, że zgoda na powyższe przyczyni się do zmniejszenia wartości pakietu.

Odpowiedź. Tak.

3. Pakiet 2, poz. 3. Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych pudrowanych i bezpudrowanych?

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje rękawic winylowych pudrowanych.

III. Pytania do wzoru umowy

Wzór umowy § 3 ust. 2.

1. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni roboczych. Bardzo krótki (3 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie miejsca dostawy (poziom, piętro). Czy możliwa będzie dostawa typu burta-burta, dostawa na paletach.

Odpowiedź. Miejsce dostawy –parter.

Wzór umowy § 5 ust. 2

3. Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w

następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawki VAT, 2) zmiana stawek celnych, 3) udokumentowana zmiana cen producenta, 4) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W przypadku pozostawienia zapisu o niezmienności cen, z uwagi na długi okres obowiązywania umowy i związaną z nim niepewność co do dalszego rozwoju wypadków - możliwy wzrost kosztów realizacji zamówienia, wykonawcy mogą asekuracyjnie zawyżać ceny ofert. W tych okolicznościach pozostawienie zapisu o stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy nie służy interesom Zamawiającego.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zmianę cen umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

Wzór umowy § 6 ust. 3

4. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu umowy na „(...) karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu niezrealizowanej części dostawy.”

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

IV. Pytanie do Pakietu 2

1. Pakiet 2, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź. Tak.

V. Pytania do Pakietu 8

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z włókninowymi serwetkami do rąk o wymiarach 80 x 60 cm w ilości 4 szt.? Pozostałe elementy I wymagania zgodnie z STWZ.

Odpowiedź. Tak

2. Poz. 6: Czy Zamawiający miał na myśli fartuch, który w części kontaktującej się z polem operacyjnym posiada oprócz warstwy włókniny podstawowej o gramaturze 35 g/m² dodatkowe wzmocnienie z włókniny podfoliowanej o gramaturze 40 g/m² (łącznie gramatura strefy krytycznej to min. 75 g/m²)?

Odpowiedź. Tak.

3. poz. 12: Czy Zamawiający dopuści kompresy posiadające dodatkowo nitkę RTG?

Odpowiedź. Tak.

4. poz. 37: Czy Zamawiający ma na myśli torebki samoprzylepne, podobnie jak w poz. 33-37?

Odpowiedź. Tak.

VI. Pytania dot. SIWZ treści umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bieg terminu dostaw przypadał w dni robocze?

Odpowiedź. Tak

2. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź. Tak.

3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź. Zamawiający nie określa.

4. W związku ze sprzecznymi zapisami STWZ (4.2) oraz projektu umowy § 5 ust. 3, proszę o określenie, czy bieg 30 - dniowego terminu płatności rozpoczyna się od daty wystawienia

faktury czy też doręczenia faktury?

Odpowiedź. Od daty doręczenia faktury

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna Zapisana w § 6 ust. 1 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 6 ust. 3 naliczana była od wartości dostawy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki dłużej niż 2 dni?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

7. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 1SBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

VII. Pytania dotyczące Pakietu 1

1. Poz. 64. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety operacyjnej 4-warstwowej, spełniającej wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź. Tak.

VIII. Pytania dotyczące pakietu 11

1. Poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego zawierającego serwetę do cięcia cesarskiego z torbą na płyny spełniającą pozostałe wymogi specyfikacji.

Odpowiedź. Tak.

2. Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do laparoskopii z serwetą do zabiegów laparoskopii z oknem w rozmiarze 28 x 32?

Odpowiedź. Tak.

3. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków poszerzonego o 1 taśmą samoprzylepną oraz z serwetą w rozmiarze 150 x 100 cm zamiast 150 x 170 cm ?

Odpowiedź. Tak.

4. Poz. 3 - Prosimy o wyrażenie zgody na seton w rozmiarze 90 x 8 cm?

Odpowiedź. Tak.

5. Poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 43 x 38?

Odpowiedź. Tak.

6. Czy Zamawiający wymaga aby na każde jego żądanie dostarczyć próbki w celu potwierdzenia zgodności z treścią specyfikacji?

Odpowiedź. Tak.

IX. Pytania dotyczące Pakietu 6, 7, 12, 14

1. Prosimy o wydzielenie z **pakietu nr 7 poz. 14 (Kateter do odsysania pola operacyjnego)** - oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Wyłączeniu w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź. Nie.

2. Prosimy o wydzielenie z **pakietu nr 12 poz. 16 (Zestaw do nakłucia jamy opłucnej)**- oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Wyłączeniu w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiając uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź. Nie.

3. Prosimy o wydzielenie z **pakietu nr 12 poz. 1,2,3,4,5,6,7** oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Wyłączeniu w/ pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znaczni korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź. Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz. 1,2,3,4 narzędzia o długości 325mm?

Odpowiedź. Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 woreczek o pojemności 200ml?

Odpowiedź. Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz. 7 woreczek o pojemności 410ml?

Odpowiedź. Nie.

X. Pytania dotyczące pakietu 2

1. Zapytanie do pakietu nr 2. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych czy bezpudrowych ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga rękawic lateksowych pudrowanych.

XI. Pytania dotyczące projektu umowy, załącznik nr 3 do SIWZ.

1. *Dot. § 3 us. 2:* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust.2 i wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. *Dot. § 3:* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu umownego do § 3 : i, *Dostawy „ cito ” będą realizowane w Ciągu 72godzin od złożenia zamówienia w trybie „ na oito ”?*

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3. *Dot. projektu umowy.* Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących przedmiotem umowy od dnia wejścia z życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT. Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zmianę cen umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

4. *Dot. projektu umowy.* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto” Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

XII. Pytania dotyczące pakietów: 2, 3,4, 9

Dotyczy Pakietu 2

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma zamiar stosować rękawice do ochrony w procedurach Medycznych tj. w kontakcie z pacjentem oraz w procedurach niemedyceńskich Jak np. dezynfekcja 1 w związku z tym oczekuje aby zgodnie z Dyrektywą Zmieniającą 2007/47/EC rękawice były oznakowane podwójnie jako Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej Kategorii III (pozycja 112) i Kategorii I (pozycja 3) z adekwatnymi fabrycznymi oznaczeniami na opakowaniu rękawic Informującymi o spełnianiu stosownych norm 1 dyrektyw?

Odpowiedź. Kategoria III.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671, co należy potwierdzić załączonymi do oferty raportami z wynikami badań?

Odpowiedź. Tak.

3. Pakiet 2, poz.1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli rękawice lateksowe pudrowane czy bezpudrowe?

Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice w celu ograniczenia ryzyka alergii mają się charakteryzować niską zawartością protein lateksowych tj. <80 ug/g rękawicy dla rękawic pudrowanych lub <30 ug/g dla rękawic bezpudrowych, co należy potwierdzić załączonymi do oferty raportami z wynikami badań jednostek niezależnych?

Odpowiedź. Tak.

4. Pakiet 2, poz.2. Prosimy o dopuszczenie rękawic nitylowych fioletowych pakowanych po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź. Tak.

5. Pakiet 2, poz. 3. Czy rękawice winylowe mają nie zawierać szkodliwego plastyfikatora DOP (DEHP) z adekwatnym fabrycznym nadrukiem na opakowaniu?

Odpowiedź. Tak.

Dotyczy Pakietu 3.

1. Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice w celu ograniczenia ryzyka alergii mają się charakteryzować niską zawartością protein lateksowych tj. <60 pg/g rękawicy, co należy potwierdzić załączonymi do oferty raportami z wynikami badań jednostek niezależnych?

Odpowiedź. Tak.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być dla bezpieczeństwa personelu oznaczone na opakowaniu wewnętrznym instrukcją w języku polskim dotyczącą postępowania z pudrem?

Odpowiedź. Tak.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być przebadane zgodnie z EN 374-3 (substancje chemiczne) oraz zgodnie z ASTM F1671 (wirusy), co należy potwierdzić załączonymi do oferty raportami z wynikami badań?

Odpowiedź. Tak.

4. Czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne hermetyczne tj. obustronnie foliowane od wewnątrz, szczelne dla wilgoci i Innych czynników zewnętrznych przyspieszających stąpżenie rękawic?

Odpowiedź. Nie.

Dotyczy pakietu 4

1. Pakiet 4. Czy rękawice mają być pakowane w opakowanie hermetyczne foliowe podciśnieniowe, co zapobiega przedostawaniu SIĘ wilgoci, ale I umożliwia Identyfikacją mikrouszkodzeń, a tym samym kontrolę Jałowość rękawic?

Odpowiedź. Tak.

2. Pakiet 4. Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być przebadane na przenikanie substancji chemicznych a także cytostatyków zgodnie z EN 374-3, co należy potwierdzić załączonym] do oferty raportami z wynikami badań?

Odpowiedź. Tak.

3. Pakiet 4, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej bezlateksowe bezpudrowej wykonanej z poliizoprenu tj. syntetycznej gumy o najbardziej zbliżonych właściwościach do naturalnego lateksu, o kształcie w pełni anatomicznym z poszerzaną częścią grzbietową dłoni, w kolorze beżowym z mankietem rolowanym, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, o grubości na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,215 mm i mankiecie 0,17 mm, długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, AQL = 1,0, siła przy rozerwaniu 12 N przed starzeniem 114 N po starzeniu, pakowane po 40 par.

Odpowiedź. Nie.

4. Pakiet 4, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej bezpudrowej, o kształcie anatomicznym, kolorze beżowym, mankiecie rolowanym z poprzecznymi I podłużnymi wzmocnieniami, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, wewnętrzna całkowicie nitylową silikonowana, grubość na palcu 0,170 mm, na dłoni I na mankiecie £0,14 mm, długość min.295 mm, poziom protein lateksu <50ug/g, AQL< 1,0, Siła przy rozerwaniu przed starzeniem mln.12,0 N, po procesie starzenia min. 11,0 N, pakowane po 50 par.

Odpowiedź. Nie.

Dotyczy Pakietu 9, poz. 4

1. Prosimy o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze części chłonnej 295 g/m², charakteryzującego się Jednak wysoką chłonnością (ok.35g/100cm) ze względu na obecność superchłonnego żelu.

Odpowiedź. Nie.

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby prześcieradło chłonne było ograniczone ze wszystkich stron marginesami z laminatu, zabezpieczających przed wyciekaniem płynów?

Odpowiedź. Tak.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby warstwa zewnętrzna podkładu była z Poz. 2

Odpowiedź. Tak.

Dotyczy Pakietu 9, poz. 2

1. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje w tej pozycji: Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie; 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, smetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.0D0 W,

Odpowiedź. Tak.

Dotyczy Pakietu 9, poz. 3

1. Czy w tej pozycji Zamawiający ma na myśli: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej integrowana na całej powierzchni chłonnej poprzez pikowanie, co zapobiega tworzeniu się zakładek, dzięki czemu dodatkowo zapobiega powstawaniu odleżyn?

Odpowiedź. Tak.

Dotyczy Pakietu 9, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania obłożenia gdzie Serwety okrywające pacjenta wykonane z włókniny SMS, ze wzmocnieniem chłonnym a Część krytyczna serwet wykonana z włókniny i laminatu. W składzie zestawu jest serweta na stolik narzędziowy niewiele różniąca się rozmiarem od opisanej tj.. ma wymiary 152x193 cm oraz posiada 2 serwety boczne, oraz ręczniki do rąk, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź. Nie.

XIII. Pytania odnośnie pakietu 5

1. Pakiet 5 poz. 7. Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka i Zamawiający ma na myśli plaster o rozmiarze 2,5 x 9,1? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Tak.

2. Pakiet 5 poz. 8. Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka i Zamawiający ma na myśli plaster o rozmiarze 1,25 x 9,1? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Tak.

3. Pakiet 5 poz. 14. Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga dla opatrunków typu Tegaderm potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium.

Odpowiedź. Nie.

4. Pakiet 5 poz 14. Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka i Zamawiający ma na myśli folię wykonaną z poliestru pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź. Tak.