



Sejny, dnia 11 lipca 2014 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**Strona internetowa Zamawiającego**  
**Tablica ogłoszeń Zamawiającego**

**znak postępowania: 08/ZP/2014**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów.

**PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

**I. Pytania odnośnie Pakietu nr 13**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz.1 również na igłę o długości 37mm z nicią czarną o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Tak.**

2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 1?

**Odpowiedź. Nie.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 14 na nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Tak.**

4. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 14?

**Odpowiedź. Nie.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 18 na nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Tak.**

6. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 18?

**Odpowiedź. Nie.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 22 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu „igła z zakończeniem micro-point” z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu XFLEX. Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej I estetycznej.

**Odpowiedź. Tak.**

8. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 22?

**Odpowiedź. Nie.**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 13 poz. 24 na nić w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Tak.**

10. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 24?

**Odpowiedź. Nie.**

11. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 13 pozycję 19, 20, 25, 26, 28, 29 i 30?

**Odpowiedź. Nie.**

## **II. Pytania odnośnie Pakietu nr 6**

1. Czy Zamawiający, w przypadku składania przez wykonawcę oferty na wyroM medycni opisane w pakiecie nr 6, odstąpi od warunku zawartego w pkt 62b SIWZ tj posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w postaci przedstawienie zezwolenia, koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

## **III. Pytania odnośnie Pakietu nr 5**

1. Czy Zamawiający wydzielili z pakietu nr 5 pozycje 5, 8, 9, 10, 11 do oddzielnego pakietu uwzględniając opcjonalny opis techniczny wyrobów:

poz. 5: Stapler okrężny jednorazowy wygięty z automatycznym dociskiem tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Rozmiar staplera 24, 26, 29, 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, 4,8 mm oraz 5,0 mm w zależności od rozmiaru staplera. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

poz. 8: Jednorazowy stapler liniowy 60 mm z nożem w ładunku, załadowany ładunkiem zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej 4,8 mm (2 mm po zamknięciu). Zszywki tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. Zamawiający określi rodzaj ładunku w staplerze. Rękojeść staplera pokryta warstwą antypoślizgową z możliwością obustronnego odpalenia ładunku.

poz. 9. Jednorazowy stapler liniowy 80 i 100 mm z nożem w ładunku, załadowany ładunkiem zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej 4,8 mm (2 mm po zamknięciu). Zszywki tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. Zamawiający określi długość i rodzaj ładunku w staplerze podczas składania zamówienia. Rękojeść staplera pokryta warstwą antypoślizgową z możliwością obustronnego odpalenia ładunku.

poz. 10. Ładunek do staplera liniowego 60 mm z nożem załadowany zszywkami o wysokości 3,8 lub 4,8 mm przed zamknięciem do wyboru przez zamawiającego. Zszywki tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. Ładunek posiada 4 rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek.

poz. 11. Ładunek do staplera liniowego 80 i 100 mm z nożem załadowany zszywkami o wysokości 3,8 lub 4,8 mm przed zamknięciem do wyboru przez zamawiającego. Zszywki tytanowe formują się w kształt zbliżony do litery B. Ładunek posiada 4 rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek.

**Odpowiedzi do Pakietu nr 5 poz. 5, 8, 9, 10, 11. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

## **IV. Pytania odnośnie Pakietu nr 4**

poz. 1-2 oraz 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hemostatyków o pH 3-4 o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami oraz oświadczeniami wytwórcy przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hemostatyków o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **V. Pytania odnośnie Pakietu nr 10**

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych ściereczek wykonanych z włókniny w rozmiarze 40 x 40cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

#### **VI. Pytania odnośnie Pakietu nr 11**

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających warstwę antypoślizgową na całej powierzchni, długość całkowita 285-300mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających warstwę antypoślizgową na całej powierzchni, długość całkowita 286-309mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu 100% testowania elektronicznego na szczelność.

**Odpowiedź. Zamawiający nie odstąpi od wymogu.**

#### **VII. Pytania odnośnie Pakietu nr 13**

poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 19-20, 25-26, 28-30 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli.**

poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej najnowszej generacji Xflex barwionej na niebiesko?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **VIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 16**

pak. 16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 1, 6, 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 2, 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 10, 12 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **IX. Pytania odnośnie Pakietu nr 11**

poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe

- o grubości na palcu 0,200 mm,
- przebadane na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978,

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji

- dopuści datę sterylizacji na opakowaniu, które jednocześnie jest datą wyprodukowania rękawicy.

- dopuści rękawice pakowane po 50 par

- odstąpi od wymogu testowania elektronicznego na szczelność.

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza datę sterylizacji na opakowaniu, które jednocześnie jest datą wyprodukowania rękawicy oraz pakowanie rękawic po 50 par. Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od wymogu testowania elektronicznego na szczelność.**

#### **X. Pytania odnośnie Pakietu nr 4**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pozycji 1-2 hemostatyku powierzchniowego, szczegółowo opisanego poniżej, wykonanego z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)?

Proponowany przez nas hemostatyk powierzchniowy wykonany z utlenionej celulozy spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Ponadto proponowany przez nas hemostatyk wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepów bakterii (zostało to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni go produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Warto również podkreślić, hemostatyk powierzchniowy wykonany z utlenionej celulozy jest po prostu tańszy od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

**Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający wymaga aby hemostatyk powierzchniowy z pakietu nr 4 pozycji 1-2 oraz 5 wchłaniał się w czasie od 7 do 14 dni?

**Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga.**

#### **XI. Pytania odnośnie projektu umowy**

1. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 3 zastąpi słowa „wartości przedmiotu umowy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

2. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 4 zastąpi słowa „wartości przedmiotu umowy” słowami „wartości brutto towaru wadliwego”?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

3. Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcje natarci kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- Zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4,9 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- Zmianę brzmienia § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki”.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:  
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

**Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.**

## **XII. Pytania odnośnie Pakietu nr 4**

poz. 1, 2, 5. Czy Zamawiający dopuści produkty o wartości pH 2,5 - 3,5; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

## **XIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 11**

poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, silikonowaną od wewnątrz, bez polimeryzowania na zewnątrz.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic poliizoprenowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, o długości min. 270 mm.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

poz. 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy do neurochirurgii sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, w kolarze jasnobrązowym, w 100% testowane na szczelność, o grubości na palcu 0,25mm, o długości 300mm, o AQL <1, pakowane po 40 par,

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 50 par, AQL = 1, w 100% procentach testowanych na szczę ność, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

## **XIV. Pytania odnośnie Pakietu nr 19**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, dzianej, posiadającej duże pory (powyżej 130 um), o bardzo niskiej elastyczności na poziomie do 8%, całkowicie niewchłaniającej, zakładanej przez otwory zasłonowe drogą „out-in” narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym ze stali chirurgicznej z oczkiem i ergonomiczną rękojęcią, Taśma o

długości 60cm, szerokości maksymalnej 10-1 Imm (zwężana na końcach), pakowana w plastikowe korytko umożliwiające napełnienie płynem, celem zwilżenia przed zabiegiem.

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici w granicy do 0,15mm, jednorodnej całkowicie niewchłanialnej, o wymiarach: długość do 600mm, szerokość do 15mm. Brzegi taśmy gładkie, zakończenie proste, zwężane, taśma o łatwej i wygodnej aplikacji, nie wymagająca plastikowej osłonki z uwagi na to iż jest nierozciągliwa i nie strzępi się.

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **XV. Pytania odnośnie Pakietu nr 20**

- poz. 4, 5, 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunków pakowanych w opakowania po 12 sztuk.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- poz. 7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje staplerów liniowych z nożem 80 mm – zszywki 3,8 i 4,8?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów skórnych pakowanych w opakowania po 12 sztuk.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

#### **XVI. Pytania odnośnie Pakietu nr 10**

- poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 33 x 33 cm pakowanych a ' 2 szt.? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.**

- poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony zabezpieczającej przewody video i optyki endoskopowej o rozmiarze 13 x 250 cm?

**Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **XVII. Pytania odnośnie Pakietu nr 8**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jaki skład jakościowy i ilościowy musi posiadać IOMERON 50 ML w pakiecie nr 8?

**Odpowiedź. Zamawiający wymaga Iomeron 300 mg jodu/ml 50 ml.**

#### **XVIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 2**

- poz. 6: Czy Zamawiający dopuści nici 53 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- poz. 7: Czy Zamawiający dopuści igłę niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- poz. 8: Czy Zamawiający dopuści igłę niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- poz. 9: Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

- poz. 11: Czy Zamawiający dopuści igłę niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

#### **XIX. Pytania odnośnie Pakietu nr 2**

- poz. 2, 3, 5, 11. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia rozwarstwiająca,

pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela.**

poz. 9-12. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9-12 do osobnego pakietu lub dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela i nie dopuszcza.**

## **XX. Pytania odnośnie Pakietu nr 13**

poz. 19, 20, 22, 30. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela.**

poz. 28-29. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela.**

## **XXI. Pytania odnośnie Pakietu nr 14**

poz. 12-14. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela.**

poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

## **XXII. Pytania odnośnie Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści plecionkę o czasie wchłaniania 42 dni, syntetyczna, 100 % kwas poliglikolowy, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

## **XXIII. Pytania odnośnie Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wchłaniany, syntetyczny, składający się z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekany 50% glikolodem i L-laktydem (30/70) i 50% stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i czasie wchłaniania do 70 dni?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian lub z igłą okrągłą z tnącym końcem 45 mm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 8. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 21-22. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela.**

## **XXIV. Pytania odnośnie Pakietu nr 1**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 1 miał na myśli: Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele o parametrach: materiał: polipropylen monofilament, osłonięta osłonką, długość: 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) w części podcewkowej 3,5 cm (+/- 0,1 cm), grubość: 0,33 (+/- 0,01 mm), porowatość 84%, gramatura: 48 g/m<sup>2</sup>, technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi

pętelkami, wytrzymałość 70 N/cm.

**Odpowiedź. Tak, Zamawiający miał na myśli.**

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 2 miał na myśli: Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy); gramatura 48 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,02 g/m<sup>2</sup>), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość max. 1870 µm (=/- 10 µm), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm, wytrzymałość 70N/cm, technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.

**Odpowiedź. Tak, Zamawiający miał na myśli.**

#### **XXV. Pytania odnośnie Pakietu nr 11**

- poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki pakowane po 50 par, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

#### **XXVI. Pytania odnośnie Pakietu nr 9**

- poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody neutralne bez kabla jednorazowego użytku, dla dzieci i dorosłych, długość 122, szerokość 176 mm, podłoże z pianki polietylenowej, dwudzielne, hydrożelowe, z okalającym każdą z dwóch części pierścieniem bezpieczeństwa rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, powierzchnia przewodzenia 110 cm<sup>2</sup>, z etykietami do wklejania w protokół operacyjny pacjenta, pakowane po 50 szt. w opakowaniu? Czy Zamawiający wymaga zaferowania 100 szt. elektrod?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

- poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel łączący do elektrod neutralnych, wtyczka od strony generatora średnica 6,3 mm, kabel bez kolorowego znacznika?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**