

## **Modyfikacja SIWZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach – 2.**

1. Zmienia się termin składania ofert na dzień 25 marca 2014r. na godz. 14:00, tym samym zmienia się termin otwarcia ofert.
2. W załączniku nr 7 **kolumny A oraz od C do I** - dopuszcza się aby szerokość głowicy konsoli w kolumnach A oraz C-I wynosiła 310mm w skrajnych punktach szerokości głowicy z panelami dystrybucyjnymi.
3. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

Sejny dnia 20 marca 2014r.

Tomasz Fimowicz  
Inżynier kontraktu