



Sejny, dnia 04.04.2019r.

Nr postępowania: 03/ZP/2019

Dotyczy: dostawy urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

## WYJAŚNIENIA

### DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym ostateczne wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

#### **Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – Fotel**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 35 dostępnych kolorów?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o długości całkowitej wynoszącej 195cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o długości całkowitej bez panelu stołu wynoszącej 127cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o szerokości siedziska oraz oparcia wynoszącej 65cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z miską w kształcie prostokąta o pojemności 10l wykonaną ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z regulacją kąta oparcia w zakresie od -10° do +65°?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z regulacją kąta siedziska w zakresie od -10° do +40°?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 65 do 95cm?

**Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 180kg?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel do zabiegów urologicznych, dwusekcyjny (sekcja oparcia pleców i siedziska), z możliwością ustawienia fotela w pozycji leżącej?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.



11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel do zabiegów urologicznych z podporą urologiczną nóg na standardowym zacisku?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania.





12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel do zabiegów urologicznych oparty na kolumnie pokrytej wysokiej jakości lakierem epoksydowanym w kolorze jasnym szarym?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania.

13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotel urologiczny, mobilny, przejezdny, z nowoczesnym systemem przejazdu i hamowania, oparty na trzech kółkach  $\varnothing$  50 mm, dwa kółka z przodu fotela w obudowie, jedno kółko z tyłu fotela. Aktywacja dźwigni hamulca powoduje opuszczenie kółka tylnego powodując, że fotel staje się mobilny i zwrotny, łatwo się przemieszcza. Dezaktywacja dźwigni powoduje podniesienie kółka tylnego a tym samym fotel stoi na gumowych stopkach.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania.

14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotel urologiczny o następujących wymiarach: długość całkowita: 1050 mm ( jest to całkowita długość fotela bez panelu stołu, fotel nie wymaga stosowania dodatkowego panelu stołu celem uzyskania pozycji leżącej), szerokość sekcji oparcia pleców: 860 mm, szerokość siedziska: 400 mm, miska prostokątna o wymiarach: 200 x 300 x 30 mm ( wysokość), regulacja kąta oparcia pleców w zakresie: 10 - 75°, regulacja kąta siedziska tylko przy uzyskiwaniu pozycji Trendelenburga w zakresie do 12°, regulacja wysokości siedziska w zakresie: 520 – 810 mm, udźwignię: do 180 kg.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania.



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

15. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni. Opisany wyrób ma możliwość wyboru koloru tapicerki, w takim przypadku produkcja następuje po wyborze koloru przez Zamawiającego.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania.

16. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a, c, d:

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości:

- a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy,
- b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto części** przedmiotu zamówienia **dostarczonego z opóźnieniem**, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części przedmiotu zamówienia dostarczonego z opóźnieniem**
- c) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej **0,5 %** wartości **brutto wadliwej części** przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wady lub awarii, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy**

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach