



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35
www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 25.07.2019 r.

Nr postępowania: 06/ZP/2019

Dotyczy: sukcesywny zakup materiałów do laparoskopii i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

Dotyczy zadania nr 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laktatora z 2018 roku?
Wszystkie oferowane przez firmę Medela Polska produkty są fabrycznie nowe, gotowe do uruchomienia i gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, a także zapewniają wymagany poziom funkcjonalności spełniając wszystkie wymagane normy pracy stawiane dla tych urządzeń. Ponadto wszystkie produkty objęte są standardową gwarancją producenta, która rozpoczyna się w momencie sprzedaży/przekazania do użytkownika Zamawiającemu.
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Prosimy o doprecyzowanie ile szt. zestawów jednodniowych roz. 24mm Zamawiający będzie wymagał w komplecie z laktatorem?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga 30 zestawów jednorazowych.
3. Czy Zamawiający dopuści możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia podlegającego przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy?
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 bezpłatnego przeglądu w okresie gwarancji? Dzięki pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego, Wykonawca będący producentem zaoferowanego sprzętu będzie mógł zaproponować korzystniejszą cenę zakupu sprzętu.
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Części ulegające eksploatacji sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw (oclenie) jest wydłużony i utrudniony. Jeżeli termin naprawy przekracza 3 dni wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach.
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego.
6. Dotyczy Zadania 5: czy w celu optymalizacji pracy zestawu morcelatora Zamawiający wymaga zaoferowania w jego ramach zestawu laparoskopowego do nadszyjkowej resekcji macicy

składającego się z:

- wielorazowej tuby wewnętrznej i zewnętrznej z izolacją ceramiczną, (przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji),
- pętli jednorazowego użytku, sterylnych, śr. 100 mm, z teflonową izolacją, opakowanie 10 szt.,
- pętli jednorazowego użytku, sterylnych, śr. 175 mm, z teflonową izolacją, opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga powyższych akcesorii.

Dotyczy zadania nr 5. Morcelator. Czy Zamawiający dopuści do oferowania morcelator o poniższych parametrach?

Konsola sterująca morcelatora- 1 zestaw
Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania silnikiem morcelatora wyposażona w: - wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny informujący o aktualnej prędkości obrotowej podłączonego silnika, - odłączany włącznik nożny
Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie dedykowanego zakresu prędkości
Możliwość podłączenia dedykowanego shavera ginekologicznego
Morcelator
Zestaw morcelatora wykorzystywany podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych
Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny - 1 szt.
Maksymalna prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku 1200 obr/min.
Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora 0,53 Nm
Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo na silniku, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę - 1 szt.
Kaniuła morcelatora, z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkreślaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator lub instrument laparoskopowy. Mocowanie kaniuli do silnika w sposób bezgwintowy, umożliwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli - 1 szt.
Nóż morcelatora, okrągły, prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio z silnikiem i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót - 1 szt.
Wewnętrzna zastawka kaniuli wykorzystująca jednorazowe płytki, umożliwiające założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli - 1 szt.
Obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt.
Uszczelka zewnętrzna do rękojeści / kaniuli morcelatora - 10 szt.
Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i wkład roboczy) - 1 szt.
Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania morcelatora - 1 szt.
Instrukcja w języku polskim
Instalacja sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz ze szkoleniem personelu medycznego i sterylizacyjnego Zamawiającego w cenie oferty
Okres gwarancji 24 miesiące
Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat.
Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach