



Sejny, dnia 26.07.2019 r.

Nr postępowania: 06/ZP/2019

Dotyczy: sukcesywny zakup materiałów do laparoskopii i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

## WYJAŚNIENIA

### DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

#### **Dotyczy: Zadanie nr 2. Kapnograf z funkcją kapnometru .**

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści kapnograf renomowanego producenta firmy Masimo model Emma posiadający poniższe parametry:

- Pomiar ETCO<sub>2</sub> w strumieniu głównym
- Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta
- Waga ok. 60 g
- Pomiar stężenia CO<sub>2</sub> w mmHg
- Zakres pomiaru CO<sub>2</sub> : 0-99 mmHg
- Dokładność pomiaru CO<sub>2</sub>: +/- 2mmHg
- Krzywa kapnograficzna wyświetlana na ekranie kapnografu o długości ok. 14 s.
- Pomiar częstotliwości oddechu w zakresie 3-150 oddechów
- Wizualne i akustyczne alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu ETCO<sub>2</sub>
- Przycisk włączający urządzenie i przycisk wyciszający alarm.
- Wizualny i akustyczny alarm braku oddechu
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Wyświetlacz numeryczny LED dla ETCO<sub>2</sub> i częstotliwości oddechów
- Zasilanie bateryjne bateriami ogólnie dostępnymi w handlu, czas pracy 8-12h
- Temperatura pracy zgodnie z PN EN 1789 -5 °C
- Odporność na upadki – zgodnie z PN EN 1789

**Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Dotyczy: Zadanie nr 5. Morcelator.**

Pytanie nr 1 punkt 3. Czy zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny na narzędzia składający się z: kontener aluminiowy, bezobsługowy, posiadający uchwyty umożliwiające przenoszenie i transport, z mechanizmem Termo Lock niewymagającym użycia plomb, pokrywa z mechanicznym systemem zaworów filtrujących, możliwość doboru odpowiedniej kolorystyki pokryw, wymiary 580x280x140 mm (1/1), kosz ze stali nierdzewnej wymiary 540x250x100 mm, mata silikonowa.

**Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy projektu umowy.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1, 3, 4:

1) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

2) W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części przedmiotu umowy.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

3) W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach