



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35
www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl
NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Sejny, dnia 16.10.2019 r.

Nr postępowania: 09/ZP/2019

Dotyczy: zakup urządzeń medycznych, leków dla SP ZOZ w Sejnach

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

Zadanie nr 4. Wózek do przewożenia chorych.

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z ramą w kolorze szarym?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wózka dwusegmentowego, czy czterosegmentowego?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka dwusegmentowego. Zamawiający omyłkowo pozostawił pkt 9.

Zadanie nr 4. Wózek do przewożenia chorych.

1. Dotyczy-(pkt.1 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej wynoszącej 80 cm oraz długości całkowitej wynoszącej 207 cm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy-(pkt.2 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o wymiarach leża wynoszących 185 x 59 cm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy-(pkt.3 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac o grubości 4 cm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy-(pkt.4 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy-(pkt.7 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o masie całkowitej wózka wynoszącej 92 kg?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy-(pkt.8 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych dwusegmentowy o wymiarach 62/123 cm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka dwusegmentowego o parametrach zgodnych z SIWZ.

7. Dotyczy-(pkt.10 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w chromowane barierki boczne o wysokości 19 cm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka o parametrach zgodnych z SIWZ.

8. Dotyczy-(pkt.12 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o regulacji wysokości leża hydraulicznej w zakresie od 560 do 960 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka o parametrach zgodnych z SIWZ.

9. Dotyczy-(pkt.19 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 krążki odbojowe umieszczone w narożnikach wózka?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy-(pkt.20 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózka do transportu chorych posiadający 4 koła jezdne pojedyncze o średnicy 150 mm z blokadą centralną i kierunkową?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka o parametrach zgodnych z SIWZ.

11. Dotyczy-(pkt 22 zestawienia parametrów)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w koła jezdne niebrudzące podłoża bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka o parametrach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 7. Leki.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 50 mg x 5 amp. w pakiecie 7, poz. 4 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 25 mg x 5 amp. w pakiecie 7, poz. 5 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C.

Zadanie nr 4. Wózek do przewożenia chorych.

1. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 15.12.2019 r.?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga leża dwusegmentowego czy czterosegmentowego?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga leża dwusegmentowego.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 700 x 2040 mm?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1980 x 580 mm
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści wózek o udźwigu 170 kg?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści wózek wadze całkowitej do 120 kg?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie regulacji wysokości leża 530 – 900 mm?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści wózek o kolorze ramy: szary?
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe?
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.
10. Czy Zamawiający dopuści wózek pojedyncze koła o średnicy 200 mm?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1. Aparat do znieczulania.

1. Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści brak podestu na stopy operatora? Rozwiązanie takie nie ma wartości z klinicznego punktu widzenia.
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na bocznej ścianie aparatu, umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
4. Pkt 11. Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach standardowych (min. 30 min. w warunkach ekstremalnych)?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
5. Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1-15 l/min; powietrze: 0-15 l/ min.; N2O: 0-10 l/min?
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.
6. Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaniu oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
7. Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
8. Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąż tlenowy, zakres: 0-10 l/min.?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
9. Pkt 23. Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co umożliwi wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11. Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12. Pkt 37. Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 2 do 40 cmH₂O?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13. Pkt 40. Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min-10l/min?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14. Pkt 41. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

15. Pkt 50. Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16. Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o większej przekątnej - 15" z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie ekranu? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i funkcjonalne.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17. Pkt 66. Czy Zamawiający dopuści stałe wyświetlana na ekranie aparatu aktualnego czasu oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu, z wyświetlaniem daty bez jej ciągłej wizualizacji ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora do monitorowania podstawowych parametrów życiowych (EKG, NIBP, IBP, Saturacja, Temperatura) o przekątnej min. 12 cali?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania algorytmu pomiarowego NIBP Dinamap SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów oraz schodkowej deflacji, zapewniającemu szybkość pomiarów, odporność na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia mankietów dla pacjentów otyłych - stożkowych mankietów walidowanych do pomiaru NIBP na przedramieniu? Proponowane rozwiązanie zapewni wiarygodne i precyzyjne pomiary ciśnienia najbardziej otyłych.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Umowa - projekt

1. **Dot. Par. 4 ust.2a wzoru Umowy** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy

celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Par. 4 ust.2a wzoru Umowy** - Czy Zamawiający dopuści zmianę tego par. na następujący: " Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"? Zwracamy się także z prośbą o odstąpienie od naliczania kar w przypadku opóźnienia w dostawie aparatu zastępczego we wskazanej w umowie wysokości. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Dot. Par. 4 ust.2b wzoru Umowy** - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Dot. Par. 8c wzoru Umowy** - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zadanie nr 4.

- Czy Zamawiający zaakceptuje wózek o maksymalnym obciążeniu 180 kg? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, przy czym możliwe jest korzystanie z wózka w przypadku pacjentów o masie 120 kg.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy Zamawiający może wyjaśnić czy chodzi o wózek dwu- czy czterosegmentowy – załącznik 5 zawiera pozycje dotyczące wyrobu dwusegmentowego i czterosegmentowego.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka dwusegmentowego. Zamawiający omyłkowo pozostawił pkt 9.

- Czy Zamawiający zaakceptuje wózek o wadze mniejszej niż 120 kg?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy część opisu „Wyposażenie i opcje” (punkty – 16-24) odnoszą się do parametrów wymaganych, czy dostępnych opcjonalnie?

Odpowiedź. Punkty 16-24 odnoszą się do parametrów wymaganych.