



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

znak postępowania: 06/ZP/2020

Sejny, dnia 03.11.2020 r.

dotyczy: zakup rękawic i nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Sejnach

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców.

1. **Zadania 3, poz. 9-12.** Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

2. **Zadania 3, poz. 9, 12.** Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

3. **Zadania 3, poz. 6.** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

4. **Zadania 3, poz. 2, 3, 11.** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie w zakresie zadania nr 1, poz. 4 rękawic: rękawice diagnostyczne wykonane z nitylu, bezpydrowe, wewnątrz chlorowane, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Gładkie z teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach 0,09-0,10mm, na dłoni 0,06-0,07mm, AQL 1,5. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice zgodne z EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Opakowanie rozmiarów od S do XL zawierające 100 szt. rękawic.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Prosimy o wydzielenie poz. 4 z zadania nr 1 i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych wykonanych z nitylu, bezpydrowych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

7. **Zadanie 1, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 89 \mu\text{g/g}$, grubości na palcu $0,16 \pm 0,02$ mm, długości min. 280 mm i z poziomem AQL 1.0, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8. **Zadanie 1, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 240 mm, grubości na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm i poziomem AQL ≤ 1.5 , spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9. **Zadanie 1, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 480 ± 10 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

10. **Zadanie 1, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu $0,08 \text{ mm} \pm 0,01 \text{ mm}$, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11. **Zadanie 1, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 83 \mu\text{g/g}$, o grubości na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12. **Zadanie 1, pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu $0,20 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm oraz długościach zależnych od rozmiarów, gdzie dla rozmiaru 6.0 długość min. 280 mm, dla 6.5 długość min. 287 mm, dla rozmiarów 7.0 i 7.5 długość min. 294 mm, pakowane w opakowanie papier-folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13. **Zadanie 1, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein nie większą niż $30 \mu\text{g/g}$, grubości na palcu $0,17 \pm 0,02$ mm, długości min. 280÷290 mm, pakowane w opakowanie papier-folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

14. **Zadanie 1, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL ≤ 1.5 w rozmiarach od S do XL, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

15. **Zadanie 1, pozycja 8.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z EN 980. Norma ta określa symbole graficzne do stosowania w informacjach dostarczanych przez wytwórcę wraz z wyrobami medycznymi. Nie

określono wymagań dotyczących informacji, które należy dostarczyć wraz z wyrobami medycznymi. Norma EN 980:2010 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15223-1:2012.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. **Pakiet 1.** Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pakietu nr 1 na rękawice – na dwa oddzielne pakiety – rękawice chirurgiczne i rękawice diagnostyczne – tj. wydzielenie poz. 1, 3, 6, 7

Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela

17. **Pakiet 1, poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,23-0,24mm.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

18. **Pakiet 1, poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym niższym poziomie AQL 0,65 oraz poziomie protein <20µg/g. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

19. **Pakiet 1, poz. 6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,20 mm, posiadających badania jednostki niezależnej na przenikanie cytostatyków wg ASTM D 6978. Reszta zgodnie z siwz.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

20. **Pakiet 1, poz. 7.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą 455 i zgodnie z nią testowanych na szczelność (test AQL) o długości min. 285mm, Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Maldemar Kwiatkowski