



Sejny, dnia 13.05.2015 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

1. Zadanie nr 2: dostawa ssaka. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o najwyższych rozwiązaniach technicznych i technologicznych z membranową bezolejową pompą próżniową wyposażoną w dodatkowe precyzyjne zabezpieczenie termiczne z podciśnieniowym włącznikiem nożnym o płynnie regulowanej wydajności ssania do 50L/min poprzez membranowy regulator podciśnienia z precyzyjnym wskazaniem na manometrze od 0-93 kPa wyposażonego w 2L wielorazowe zbiorniki na wydzieliny? Zadanie 2 pkt. 2/4/6/8. Pragniemy nadmienić, że oferowane przez Nas urządzenie jest produkowane w oparciu o najnowsze i opatentowane technologie dające temu producentowi przewagę nad innymi przede wszystkim w jakości pompy ssącej z gwarancją 6 lat na te podzespoły jak i cichości pracy całego urządzenia poniżej 40dB dający jak dotąd niespotykany komfort pracy dla personelu. Czy w związku z takimi proponowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami Zamawiający będzie wymagał ssaka o takich właściwościach technicznych?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Zadanie nr 2. Ssak elektryczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak na podstawie jezdnej na 4 kółkach, w tym 2 z hamulcem, z mocowaniem butli do obudowy ssaka.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie nr 3: Spirometr, dotyczy pkt. 5:

Czy zamawiający dopuści spirometr z pamięcią wewnętrzną 250 pacjentów, oraz oprogramowaniem komputerowym do spirometrii pozwalającym na wprowadzenie nieograniczonej ilości pacjentów oraz pełną archiwizację badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie nr 3: Spirometr.: Czy zamawiający dopuści spirometr bez funkcji pomiaru oporu dróg oddechowych jednak z możliwością obliczenia objętości ekstrapolowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie nr 3: Spirometr. Czy zamawiający wymaga, aby aparat działał współpracował z kompleksową platformą kardiologiczną, umożliwiającą integracje z posiadanym systemem informatycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

6. Zadanie nr 3: Spirometr. Czy Zamawiający dopuści spirometr bez funkcji pomiaru oporu dróg oddechowych, ale spełniający wszystkie pozostałe warunki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Zadanie nr 3: Spirometr. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia czujnika do SpO2 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

8. Zadanie nr 3: Spirometr. Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie spirometru:

a) wraz z komputerem i drukarką,

b) komputer typu laptop,

c) baza pacjentów: na komputerze – możliwe zbudowanie znacznie większej bazy pacjentów niż w pamięci spirometru,

d) przeglądanie danych pacjentów – na komputerze,

e) akumulator w laptopie, spirometr zasilany z komputera poprzez USB,

f) urządzenie z etui na cały zestaw,

g) bez funkcji SpO2 oraz oporu dróg oddechowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEINACH

Waldemar Kwaterski