



Sejny, dnia 15 września 2014 r.

Frasenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01 – 209 Warszawa

znak postępowania: 09/ZP/2014

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nowych, wyprodukowanych w 2014 r. pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 4 sztuki.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami.

- 1) Dotyczy pkt 4: Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową spiętą z dwóch pomp jednostrzykawkowych, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

- 2) Dotyczy pkt 12: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z minimalnym czasem zasilania akumulatora 10 godzin przy przepływie 5 ml/h?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

- 3) Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie ze względów bezpieczeństwa charakteryzowało się ochroną przed porażeniem elektrycznym: klasa II?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga min. I klasy.

- 4) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pompy ze strzykawką, która nie jest zasłaniana przez elementy konstrukcyjne i jest mocowaną od frontu urządzenia?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach