



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 08.02.2018 r.

Znak sprawy: 2/ZP/2018

Dotyczy: dostawa wideolaryngoskopu

## **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

### **1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego wideolaryngoskopu renomowanej amerykańskiej firmy KingSystems o następujących właściwościach:**

- wideolaryngoskop bezprzewodowy składający się z wyświetlacza LCD z rękojścią, adapteru – toru wizyjnego
- oraz łyżki jednorazowego użytku z etui transportowym na wyświetlacz i tor wizyjny
- zasilany bateriami AAA (3 sztuki) bez możliwości ładowania kolorowego wyświetlacza LCD zapewniającymi czas pracy ok 80 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4 h pracy
- kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 2,4” cala ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni
- wyjście typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora
- rękojść wykonana z poliwęglanu z łożem na 3 sztuki baterii AAA zintegrowana z kolorowym wyświetlaczem - tor wizyjny – adapter wielorazowego użytku wykonany z poliwęglanu i ABS- trwałych materiałów odpornych na wielokrotne czyszczenie
- kamera CMOS
- źródło światła biała dioda LED
- gotowy do natychmiastowego użycia po włączeniu zasilania

- bez ładowarki z uwagi na zasilanie na baterie AAA
- w zestawie 10 łyżek do trudnych intubacji z kanałem na rurkę oraz 10 sztuk łyżek standardowych bez kanału służących do rutynowych i trudnych intubacji
- układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię.



**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zaoferowania wideolaryngoskopu, który spełnia wszystkie parametry zawarte w SIWZ. Wykonawca może zaoferować dodatkowe funkcje przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wymaganych w SIWZ.

## **2. Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o poniższych parametrach?**

- Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi.
- Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala.
- Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi.
- Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min.
- Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań.
- Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji.
- Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze.
- W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 4 godziny pracy monitora.
- Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min.
- Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyciu oraz poziomie naładowania akumulatora.
- Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym.
- Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką.

- W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji.
- Automatyczne wyłączenie po 30 min.
- Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h.
- Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach.
- Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI.
- Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem.
- Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami.
- Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.).
- Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.).
- Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły.
- Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiającą intubację bez potrzeby stosowania prowadnic.
- Waga całego zestawu 340 g.

W skład kompletu wchodzi:

- Kamera/Monitor - 1 szt.
- Wielorazowa optyka - 1 szt.
- Stacja dokująca - 1 szt.
- Jednorazowe nakładki - 50 szt."
- Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smartfonów).

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zaoferowania wideolaryngoskopu, który spełnia wszystkie parametry zawarte w SIWZ. Wykonawca może zaoferować dodatkowe funkcje przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wymaganych w SIWZ.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach