



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 22.03.2018 r.

Znak sprawy: 4/ZP/2018

Dotyczy: dostawa wanien do kąpeli wirowych i aparatu do ultradźwięków 1-kanałowego

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

1. W związku z postępowaniem na zakup sprzętu i zastosowaniem przez Państwa zapisów wymaganych parametrów, które jednoznacznie wskazujących rozwiązania jakie chcą Państwo zakupić (konkretny model i jeden producent), co ogranicza konkurencyjność w składaniu ofert, zwracam się z pytaniem czy dopuszczają Państwo w ramach postępowania urządzenia o następujących parametrach odmiennych od zapisanych w SIWZ, ale spełniające wymagania funkcjonalne stawiane dla tego typu urządzeń.

Wanna do kąpeli wirowych kończyn górnych

- Przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych,
- Wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego
- Wyposażona w 44 dysze do hydromasażu
- Elektroniczny panel sterowania
- Ustawienie czasu zabiegu (1-599 min.)
- Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- System odkamieniania sterowany elektronicznie
- Czujnik temperatury wody
- Czujnik poziomu wody
- Wydajność pompy wody [l/min]: 345
- Zasilanie [VAC/Hz]: 230/50
- Pobór mocy [W]: 900
- Półautomatyczny system opróżniania wanny
- Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny
- Regulacja intensywności masażu (3 stopnie)

- Pysznic ręczny
- Krzesło obrotowe
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 90 x 95 x 92

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach i pojemności innej o +/-10%. Pozostałe parametry bez zmian. Obręcz limfatyczna jest dla Zamawiającego istotną funkcjonalnością tak jak elektromagnetyczny zmiękczac wody (ze względu na twardość wody).

Wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa

- Przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa
- Wyposażona w system 12 dysz do hydromasażu
- Liczba dysz rozmieszczona w 2 strefach (6+6)
- Możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l)
- Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref
- Elektroniczny panel sterowania
- Ustawienie czasu zabiegu (0-599 min.)
- System odkamieniania sterowany elektronicznie
- Czujnik temperatury wody
- Czujnik poziomu wody
- System automatycznego napełniania
- Półautomatyczny system opróżniania wanny
- Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny
- Pysznic ręczny
- Stopień ułatwiający wejście do wanny
- Pojemność do przelewu: 210 l
- Wydajność pompy wody [l/min.]: 250
- Podłączenie na stałe do sieci zasilania [V/Hz]: 230/50
- Pobór mocy [W]: 1500
- Waga urządzenia ze stopniem bez wody [kg]: 75
- Wymiary (dł. x szer. wys.) [cm]: 116,5 x 68 x 95,2

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach i pojemności innej o +/-10%. Pozostałe parametry bez zmian. Pojemność 210 l jest zbyt dużą i nieekonomiczną dla Zamawiającego pojemnością. Elektromagnetyczny zmiękczac wody jest dla Zamawiającego istotną funkcjonalnością (ze względu na twardość wody).

3. Dotyczy zadania 1 - wanien do kąpieli wirowych:

Czy Zamawiający dopuści wanny bez systemu ozonoterapii o pozostałych parametrach nie gorszych niż wymagane w SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wannę bez systemu ozonoterapii, pozostałe parametry bez zmian.

4. Dotyczy zadania 2 – aparat do ultradźwięków 1- kanałowy

Proszę o doprecyzowanie jakie mają być w zestawie głowice bezobsługowe: 12cm czy 18cm czy obie?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga dwóch głowic bezobsługowych: 12cm i 18cm

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach