

Sejny, 24 październik 2014r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Dotyczy: postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 2093/14;
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
medyczny, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro, znak
sprawy 12/ZP/2014

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE


Z uwagi na wniesienie przez wykonawcę SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie odwołania na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz uwzględnienia w odpowiedzi na odwołanie części zarzutów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Zamawiający pragnie poinformować, że w odpowiedzi tej, w ustępie dotyczącym Zarzutu nr 2, znalazł się błąd.

JEST:

Zarzut nr 2	Pkt 15 w tabeli parametrów granicznych/wymaganych <u>Oryginalne brzmienie:</u> <i>„Automatyka doboru parametrów ekspozycyjnych kV i mA dla radiografii, bazująca na parametrach pochodzących z fluoroskopii.”</i> <u>Zmodyfikowane brzmienie:</u> <i>„Automatyku doboru parametrów ekspozycyjnych kV i mAs dla radiografii, bazująca na parametrach pochodzących z fluoroskopii.”</i>	Zamawiający wyjaśnia, że dla SP ZOZ w Sejnach istotnie jest aby istniała automatyka doboru parametrów ekspozycyjnych dla radiografii, bazujących na parametrach pochodzących z fluoroskopii. Proponowana przez SYNEKTIK S.A. zmiana niewiele różni się od wymaganej i nie niweczy celu zamówienia. Dlatego Zamawiający zmienił warunek SIWZ zgodnie z żądaniem SYNEKTIK S.A.
-------------	---	--

POWINNO BYĆ:

Zarzut nr 2	Pkt 15 w tabeli parametrów granicznych/wymaganych <u>Oryginalne brzmienie:</u> <i>„Automatyka doboru parametrów ekspozycyjnych kV i mA dla radiografii, bazująca na parametrach pochodzących z</i>	Zamawiający wyjaśnia, że dla SP ZOZ w Sejnach istotnie jest aby istniała automatyka doboru parametrów ekspozycyjnych dla radiografii, bazujących na parametrach pochodzących z fluoroskopii. Proponowana przez
-------------	--	--



1

	<i>fluoroskopii."</i> <u>Zmodyfikowane brzmienie:</u> <i>„Automatyku doboru parametrów ekspozycyjnych kV i mA lub mAs dla radiografii, bazująca na parametrach pochodzących z fluoroskopii”</i>	SYNEKTIK S.A. zmiana niewiele różni się od wymaganej i nieweczy celu zamówienia. Dlatego Zamawiający zmienił warunek SIWZ zgodnie z żądaniem SYNEKTIK S.A.
--	---	--

Dlatego też, Zamawiający dokonuje zmiany w zmodyfikowanym brzmieniu Pkt 15 w tabeli parametrów granicznych/wymaganych, nadając mu treść zgodną z żądaniem SYNEKTIK S.A.: „Automatyku doboru parametrów ekspozycyjnych kV i mA lub mAs dla radiografii, bazująca na parametrach pochodzących z fluoroskopii”.

Równocześnie, Zamawiający podtrzymuje swój wniosek o oddalenie odwołania SYNEKTIK S.A., wskazując że Zamawiający szczegółowo przeanalizował wszystkie zarzuty postawione przez SYNEKTIK S.A. pod kątem celu przedmiotowego zamówienia, wynikającego z uzasadnionych potrzeb SP ZOZ w Sejnach, oraz pod kątem zasad wskazanych w art. 29 ust. 1 i 2 oraz 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowa analiza doprowadziła Zamawiającego do przekonania, że uwzględnienie choć jednego kolejnego zarzutu doprowadziłoby do uzyskania przez Zamawiającego aparatu RTG lub aparatu USG niższej klasy niż sprzęt, który jest potrzebny w SP ZOZ w Sejnach. Sprzęt niższej klasy ma mniejsze możliwości diagnostyczne, co bezpośrednio przekłada się na zakres świadczonej pacjentom onkologicznym pomocy medycznej. Dlatego też, pozostałe zarzuty nie mogą być przez Zamawiającego uwzględnione. Szczegółowe uzasadnienie podtrzymania zapisów SIWZ, których modyfikacja prowadziłoby do zmiany klasy zamawianego sprzętu, zostanie przedstawione przez SP ZOZ w Sejnach na rozprawie.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski