



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 516-21-38
(87) 516-21-26
fax (87) 516-23-41

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 80 1500 1719 1217 1001 5282 0000

Sejny, dnia 13.02.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń Zamawiającego

znak postępowania: 02/ZP/2015
numer ogłoszenia BZP: 30678 – 2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając zgodnie art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania odnośnie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów jednorazowego użytku.

Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3

1. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości rękawic chirurgicznych ginekologicznych, jaką należy wycenić w formularzu cenowym.

Odpowiedź. Należy wycenić 10 opakowań rękawic.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga rękawic chirurgicznych ginekologicznych zgodnych z normą EN 455-1-2-3 lub równoważną zamiast zgodności z normą EN 255-1,1,1 lub równoważną. Pragniemy nadmienić, iż norma EN 255 nie dotyczy rękawic.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga rękawic chirurgicznych ginekologicznych zgodnych z normą EN 455-1-2-3 lub równoważną.

Dotyczy pakietu 11

3. Czy Zamawiający ma na myśli worek jednoczęściowy z okienkiem pooperacyjny-sterylny?

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga worków sterylnych.

4. Jeśli tak to, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie worka do docięcia 10-50 pooperacyjnego sterylnego, ale o pojemności 150ml, lub worka do docięcia 10-100 pooperacyjnego sterylnego, ale o pojemności 300ml pakowanego po 10 szt.?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

5. Jeżeli worek nie ma być sterylny, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie worka stomijnego przeźroczystego bez okienka pakowanego po 30 szt.?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski