

Załącznik nr 3. Formularz cenowy. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 4 sztuki.

Nazwa (nazwa handlowa) i typ:
 Producent (pełna nazwa i adres)
 Kraj pochodzenia:
 Rok produkcji:

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa			
1.	Dostosowanie do strzykawki o obj. (10ml; 20ml;50ml)	TAK	
2.	Praca pompy musi odbywać się także poza siecią zasilającą	TAK	
3.	Prosta obudowa ułatwiająca dezynfekcję	TAK	
4.	Pompa ma być dwustrzykawkowa (2-torowa)	TAK	
5.	Posiada uchwyt mocujący pompę do stojaka, szyny, łóżka	TAK	
6.	Posiada możliwość zaprogramowania/ nastawienia: -szybkości (zakres 0,1 ml/godz -200 ml/godz) -objętości infuzji (objętość do wydozowania), -alarm końca infuzji	TAK	
7.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK	
8.	Wbudowana biblioteka leków		
9.	Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki	TAK	
10.	Bolus manualny i automatyczny	TAK	
11.	Programowana szybkość podaży Bolusa	TAK	
12.	Czas pracy z akumulatora min 10h przy inf 5 ml/h	TAK	
13.	Uchwyt do przenoszenia pompy (rączka) nie wymagający demontażu przy przenoszeniu pomp	TAK	
14.	System alarmów: -nieprawidłowe mocowanie strzykawki, -pusta strzykawka, koniec infuzji, -akumulator rozładowany, -okluzja, -pompa uszkodzona	TAK	
15.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK	
16.	Załączyć instrukcję obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatu	TAK	
17.	Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)	TAK	
18.	Gwarancja minimum 24 m- cy	TAK	
19.	Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji 48godz. i po gwarancji wynosi 72 godz., z wyłączeniem świąt	TAK	

20.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych	TAK	
21.	Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu.	TAK	
22.	Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany	TAK	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Wartość brutto dla 1 sztuki (cyfrowo i słownie):
Wartość netto dla 1 sztuki: (cyfrowo i słownie):
Podatek VAT dla 1 sztukizł słownie:

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie):
Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie):
Podatek VATzł słownie:

Cena jednej roboczogodziny bez dojazdu serwisu pogwarancyjnego wynosi nie więcej jak% minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku, tj.:
brutto zł, słownie:.....
netto: zł, słownie:.....
podatek VATzł słownie:

Koszt serwisowania jednej pompy z niezbędną wymianą podzespołów w okresie dwuletnim:
brutto.....zł, słownie:.....
netto: zł, słownie:.....
podatek VATzł, słownie:

Koszt serwisowania czterech pomp z niezbędną wymianą podzespołów w okresie dwuletnim:
brutto.....zł, słownie:.....
netto: zł, słownie:.....
podatek VATzł, słownie:

.....
Pieczeńć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy