



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 80 1500 1719 1217 1001 5282 0000

tel. (87) 516-21-38  
(87) 516-21-26  
fax (87) 516-23-41

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Sejny, dnia 20.04.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Strona internetowa Zamawiającego**

**Tablica ogłoszeń Zamawiającego**

znak sprawy: 04/ZP/2016

## WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp dwustrzykawkowych o parametrach:

1. Współpraca ze strzykawkami w o pojemnościach 10, 20, 30, 50/60 ml wielu producentów polskich jak i zagranicznych.

**Odpowiedź. Tak, ale bez konieczności programowania przy każdej zmianie strzykawki różnych producentów.**

2. Strzykawka montowana od góry (montaż strzykawki poza przyzwyczajeniem personelu nie ma żadnego znaczenia, gdyby istniało ryzyko zalania i awarii byłby wprowadzony zakaz sprzedaży tegoż sprzętu).

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

3. Programowane ciśnienie okluzji min 4 poziomy 300-900 mmHg.

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

4. KVO programowane co 0,1 ml/h w zakresie 0,1-5,0 ml/h.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

5. Czas pracy na akumulatorze 4h przy prędkości 100 ml/h (max wydajność dozowania ustalona przez zamawiającego 99,9 ml/h).

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

6. Wymiary 323 x 160 x 282 mm waga do 4,5 kg.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**