



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 80 1500 1719 1217 1001 5282 0000

tel. (87) 516-21-38  
(87) 516-21-26  
fax (87) 516-23-41

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Sejny, dnia 30 listopada 2015 r.

**Wszyscy wykonawcy  
Strona internetowa zamawiającego  
Tablica ogłoszeń**

znak sprawy: 14/ZP/2015

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu medycznego

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE**

**ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część 2 Wózek wielofunkcyjny (anestezjologiczny) z nadstawką – 1 sztuka.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego wysokość od podłogi do górnego blatu roboczego wynosi 91cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający opisując w pkt 2 jednoczęściową konstrukcję wózka ma na myśli szkielet wózka w formie odlewu, stanowiącą jedną zwartą bryłę bez miejsc klejenia i łączenia?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający opisując w pkt 8 szufladę na leki ratujące życie ma na myśli szufladę umieszczoną bezpośrednio pod blatem głównym z szybą nad szufladą w celu stałej kontroli stanu leków ratujących życie?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający opisując w pkt 12 konstrukcję z zamknięciem na klucz, ma na myśli wózek z możliwością zamknięcia na klucz wszystkich szuflad łącznie z szufladą na leki ratujące życie ?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający opisując w pkt 16 nadstawkę będzie wymagał nadstawki wykonaną z tworzywa, posiadającą 11 odchylanych tworzywowych kieszonek w dwóch rzędach na drobne przedmioty?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**