



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 07.10.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Tablica ogłoszeń

Strona internetowa Zamawiającego

Numer sprawy : 07/ZP/2016

Dotyczy : „Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań”.

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zadanie nr 1. Łóżko porodowe – używane

1. Czy zamawiający dopuści okres gwarancji na oferowany sprzęt 12 miesięcy.

Mając na uwadze ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę sprzętu medycznego zarówno nowego jak i używanego, nie powinno się tak samo oceniać kryterium okresu gwarancji, ponieważ przy urządzeniach fabrycznie nowych, została by złożona całkowicie inna - wyższa oferta cenowa, uwzględniająca tak długi okres gwarancji.

Odpowiedź. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie zadania nr 1. Łóżko porodowe używane – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest udzielić przynajmniej 12 miesięcznej gwarancji na sprzęt oferowany w zadaniu nr 1.

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

„II. Opis przedmiotu zamówienia

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić **przynajmniej 36- miesięcznej** gwarancji na dostarczony sprzęt w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania nr 1 **przynajmniej 12 - miesięcznej** na warunkach opisanych we wzorze umowy - załączniku nr 9 do SIWZ oraz formularzu ofertowo - cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.

C. OKRES OFEROWANEJ GWARANCJI – 20%

liczonym wg wzoru:

$G_{of\ bad}$

$$G_{of} = \frac{\quad}{G_{max}} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

G_{of bad} – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy w ofercie badanej (**nie krótszy niż 36 miesięcy w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania nr 1 przynajmniej 12 miesięcy**),

G_{max} – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy w ofercie, w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (**nie krótszy niż 36 miesięcy w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania nr 1 przynajmniej 12 miesięcy**). „,

Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowo-cenowy:

Punkt 3 modyfikuje się w następujący sposób: „oferujemy miesięczny terminem gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania nr 1 przynajmniej 12 miesięcy);”

Modyfikacja załącznika nr 2. Formularz parametrów technicznych. Zadanie nr 1. Łóżko porodowe – używane 1 szt.

Punkt 41 w/w załącznika przyjmuje brzmienie „Gwarancja (wymagana min. 12 miesięcy).”

2. Czy w przypadku dopuszczenia okresu gwarancji 12 miesięcy, na sprzęt używany, zamawiający zmieni kryterium maksymalnej oceny częściowej, dotyczącej udzielonego okresu gwarancji lub nie będzie brał pod uwagę tego parametru.
Odpowiedź. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie zadania nr 1. Łóżko porodowe używane – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest udzielić przynajmniej 12 miesięcznej gwarancji na sprzęt oferowany w zadaniu nr 1.
3. Wzór umowy par.3, pkt1. Dotyczy zadania nr 1
Mając na uwadze że zapytanie zamawiającego dotyczy urządzenia używanego, nie można wymagać roku produkcji 2016.
Odpowiedź. Zamawiający wymaga aby urządzenia nowe były wyprodukowane w 2016 r.
4. Wzór umowy par.4, pkt 2a
Czy zamawiający wyrazi zgodę na 5 dniowy maksymalny czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym.
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Wzór umowy par.4, pkt 2e
Czy zamawiający dopuści podanie w ofercie i umowie ceny brutto jednej roboczogodziny w stałej kwocie w zł, bez dojazdu serwisu pogwarancyjnego bez przeliczania % minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku.
Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
6. Wzór umowy par.5, pkt 2a
Proszę o sprecyzowanie czy podana kara pieniężna : ...”wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25 % wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku .” -

jest liczona od zaoferowanego kosztu serwisu rocznego po okresie gwarancji, czy od ceny oferty?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zadania nr 5 – Ssak elektryczny

1. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o max. wydajności 60l/min z możliwością ustawienia także mniejszych parametrów (50l/min; 40l/min) ?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z jedną szyną zamontowaną z trzech stron urządzenia o całkowitej długości 73cm, umożliwiającą zawieszenie nawet 4 zbiorników jednocześnie?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wielostopniowe zabezpieczenie w postaci filtra antybakteryjnego oraz zaworów przeciwprzelewowych w zbiorniku zabezpieczającym i zbiorniku na wydzielinę?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak wyposażony butle sterylizowane w 120°C?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak wyposażony w uchwyty butli bezpośrednio na ssaku zamiast szyny Modura?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zadanie nr 3. Stanowisko pielęgnacji noworodka - 1kpl.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisu: „Cena brutto jednej roboczogodziny bez dojazdu serwisu pogwarancyjnego wyniesie ..% minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku, tj. ...zł. Koszt serwisowania urządzenia z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 miesięcy wyniesie ...zł. Brutto.”, jeśli produkt nie wymaga serwisu i wymiany podzespołów, zgodnie z zaleceniem/ oświadczeniem producenta ?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania nr 3 do 4 tygodni ?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zadanie 2, punkt 7

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiograf o natężeniu energii ultradźwiękowej na poziomie $2,38 \pm 0,59 \text{ mW/cm}^2$?

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach