



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 16.12.2016 r.

Numer sprawy: 11/ZP/2016

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 25 % wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku na 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas naprawy? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z 1 % wartości brutto umowy na 0,5 % wartości brutto reklamowanego sprzętu?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1 % na 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

5. Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 3 dni do 14 dni.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści resektoskop kompatybilny z optyką endoskopową: średnica 4 mm, 30 stopni, długość 300 mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletnego resektoskopu z optyką: średnica 4 mm, 30 stopni, długość 300 mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ

1. Czy Zamawiający usunie wpis w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy pkt. 12 „koszt serwisowania brutto z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 miesięcy (roczny koszt eksploatacji urządzenia) wyniesie zł brutto”. Koszt serwisowania to nie to samo co koszt eksploatacji. Na koszt eksploatacji ma wpływ kilka czynników m.in. częstość użycia, sposób dezynfekcji i sterylizacji, czego oferent nie jest w stanie określić i wyliczyć.

Odpowiedź. Zamawiający pod pojęciem roczny koszt eksploatacji urządzenia miał na myśli koszt serwisowania brutto z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 miesięcy. Jeżeli taki koszt nie występuje, Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę pkt.

Pytanie odnośnie umowy

1. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy urządzenia do 30 dni po podpisaniu umowy, ponieważ oferowane urządzenia prowadzane są na zamówienie z zagranicy.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zadanie nr 1 - resektoskop

Punkt nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z płaszczem zewnętrznym rozmiar 26 Charr, w części dystalnej 11 rzędów otworów, oznaczenie kolorystyczne żółte?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z płaszczem wewnętrznym rozmiar 24 Charr, mocowanie na zatrask, obrotowy, część dystalna szara, oznaczenie kolorystyczne żółte?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Punkt nr 6. Czy optyka posiadana przez Zamawiającego ma mocowanie typu Storz?

Odpowiedź. Tak.

Punkt nr 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z elementem aktywnym z uchwytem zamkniętym, miejscem na palec mały i duży, uchwyt w kolorze czarnym (kolor uchwytu nie ma znaczenia przy pracy)?

Odpowiedź. Uchwyt zamknięty a dla palca wskazującego i małego otwarty.

Punkt nr 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z wprowadzeniem złącza przewodu od góry?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt nr 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z elektrodami z oznaczeniem żółtym i niebieskim?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

1. Prosimy zamawiającego w ramach usługi serwisowej o dopuszczenie wymiany niesprawnego urządzenia w ciągu 48 h na urządzenie zastępcze na cały okres rozpatrzenia

reklamacji lub naprawy. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że jest to jedyna opcja serwisu dostępna u producenta urządzenia.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytanie, prosimy o doprecyzowanie punktu B oferty. Prosimy o doprecyzowanie jak należy odnieść się do rocznego kosztu eksploatacji urządzenia jeśli on nie występuje.

Odpowiedź. Zamawiającego w ramach usługi serwisowej dopuszcza wymianę niesprawnego urządzenia w ciągu 48 h na urządzenie zastępcze na cały okres rozpatrzenia reklamacji lub naprawy. Zamawiający pod pojęciem roczny koszt eksploatacji urządzenia miał na myśli koszt serwisowania brutto z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 miesięcy. Jeżeli taki koszt nie występuje, Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę pkt.

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści wideolaryngoskop o następujących cechach:

- wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2.5” ,
- Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji 45 stopni,
- Kamera CMOS
- Źródło światła LED
- Urządzenie zasilane baterią litową (bez możliwości doładowania) o standardowym czasie działania ok. 250 min. , wyświetlany wskaźnik pozostałego czasu działania baterii, wraz z urządzeniem zostaną dostarczone 2 baterie litowe
- Migający wskaźnik wyczerpania baterii wskazujący na konieczność jej wymiany,
- Waga urządzenia 200g,
- Ochrona IPx7,
- Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku typu Macintosh (Mac) wykonane z medycznego polimeru w rozmiarach 2,3,4 – wraz z urządzeniem zostanie dostarczonych po 20 sztuk łyżek w rozmiarze 3 i 4,
- Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach, rozmiar 3 (specjalny kształt łyżki – typ MAX X , nie wymagają kanału tylko standardowej prowadnicy do rurek intubacyjnych), wraz z urządzeniem zostanie dostarczonych 10 sztuk łyżek do bardzo trudnej intubacji w rozmiarze 3
- urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 ,
- do urządzenie dołączona instrukcja obsługi, konserwacji i sterylizacji w języku polskim,
- certyfikat CE lub świadectwo rejestracji wyrobu medycznego,
- urządzenie i opakowanie nie zawiera lateksu
- urządzenie łatwe w dezynfekcji – możliwość zanurzenia w płynie wideolaryngoskopu wraz z ekranem (bez baterii) lub sterylizacja w całości w autoklawie
- możliwość sterylizacji baterii tlenkiem etylenu

Odpowiedź. Zamawiający wymaga urządzenia o parametrach zgodnych z SIWZ.