



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 14.04.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń**

Znak sprawy: 04/ZP/2017

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1020 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ, V, 5c) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaofiarowanych w załączniku nr 2 do SIWZ urządzeń, świadectwo jakości jeżeli Wykonawca przedłoży Atest PZH oraz deklaracje producenta?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. Odnośnie zadania nr 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych wkładów do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant o składzie:

- 2 x wkład o pojemności 200ml
- 1 x niskociśnieniowy dren Y o długości 150cm 375PSI
- 2 x ostrze Spike
- 2 x złącze typu J

W razie braku zgody prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „pojemniczek do odpowietrzania”.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3. Odnośnie zadania nr 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łączników niskociśnieniowych o dł. 150 cm i wytrzymałości 375 PSI. W tej chwili zamawiający wymaga wytrzymałości 400 PSI przy czym wstrzykiwacz wytwarza maksymalnie 315 PSI.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

4. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- a) Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- b) Zmianę brzmienia §6 ust. 4 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w §4 ust. Umowy, Wykonawca

zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

c) Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w tabeli, w załączniku nr 2 formularza ofertowo-cenowego dla zadania nr 5.

W tabeli istnieją kolumny zatytułowane „cena netto” oraz „cena brutto”, które zwyczajowo traktuje się jako miejsce na wpisanie ceny za pojedynczą sztukę lub opakowanie oferowanego przedmiotu zamówienia.

Przyjmując powyższy sposób rozumienia, brakuje kolumn „wartość netto” oraz „wartość brutto” co uniemożliwia podanie wartości sumarycznej oferty w ostatnim wierszu „Razem” tabeli formularza ofertowo-cenowego.

Odpowiedź. Zamawiający dokonał sprostowania i w załączeniu przedstawia zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie zadania nr 4 i 5.

5. Prosimy o dopuszczenie zestawu kompatybilnego z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT Dual o następującym składzie:

A:

- strzykawka o pojemności 200 ml,
- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem „Y” z zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI
- złącze szybkiego napełniania typu „J”
- ostrze typu Spike

B:

- strzykawka o pojemności 200 ml
- złącze szybkiego napełniania typu „J”
- ostrze typu Spike

1 opakowanie zawiera 25 zestawów

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

6. dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ:

a) Dot. §5 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „4. Wynagrodzenie płatne będzie w ratach po wykonaniu każdej dostawy potwierdzonej podpisem Zamawiającego na fakturze VAT zgodnie z ilością odebranego towaru w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury na konto: Wykonawca może przesłać fakturę w dniu dostawy towaru faksem/skan na nr faksu/adres e-mail podany przez Zamawiającego.”

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

b) Dot. §6 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: „Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości:

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy ~~przedmiotu umowy~~ za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości reklamowanej dostawy ~~przedmiotu umowy~~ za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wartości faktycznie poniesionej szkody.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

6. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatności przez Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w umowie, wtedy Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wartości zrealizowanych dostaw za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

(...)

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,1% wartości zrealizowanych dostaw za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

11. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach