



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, 30.06.2017 r.

Znak postępowania: 09/ZP/2017

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego

## **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

### **Pakiet nr 4 – skaner naczyńowy**

1. Czy zamawiający dopuści skaner naczyńowy który jest dużo wytrzymalszy oraz mniejszy (110x55x50mm) i lżejszy (tylko 185g)?  
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. Czy zamawiający dopuści skaner naczyńowy który wykorzystuje następujące długości fal 650nm i 850nm dzięki czemu uzyskuje się dużo lepszy obraz mapy naczyń krwionośnych w jednym trybie wyświetlania dzięki czemu uzyskuje się większą maksymalną głębokość wizualizacji: 10mm a głębokość położenia naczynia określa się na podstawie odcienia iluminowanego naczynia?  
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. Czy zamawiający dopuści urządzenie które wyposażone jest w dwa zestawy baterii o pojemności 4000mAh każdy, co wydłużą działanie urządzenia na jednym ładowaniu?  
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Zadanie nr 3 – Łóżko do intensywnej terapii – 3 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO<sub>2</sub>) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa nanotechnologia, która ma być integralną zawartością składu tworzywa osłony podwozia, szczytów łóżka i składu lakieru w częściach metalowych nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia przeciwbakteryjnego. W naszej metodzie nanoszenia wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu włącznie z pilotem pacjenta i pilotem centralnym, które to są największym nośnikami bakterii i wirusów, a powolne jej uwalnianie następuje w ten sam sposób jak przy metodzie opisanej przez Państwa. Opisywana przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie.  
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?  
Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?  
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga regulowaną z panelu centralnego i pilota przewodowego?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga regulowaną z panelu centralnego i pilota przewodowego?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 78° oraz segmentu uda do 34°?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 34°?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pozycję Fowlera regulowaną za pomocą dwóch przycisków, tj. autokontur i regulacja wysokości w dół?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniami w barierkach bocznych od strony personelu medycznego i pacjenta regulującymi funkcje: wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców i ud, autokontur, krzesło kardiologiczne oraz tylko od strony personelu: pozycja CPR?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami sterującymi od strony pacjenta bez przycisku alarmu akustycznego?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami bocznymi o wysokości 400 mm?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne tworzywowe, podwójne, z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierki od strony głowy pacjenta, na całej długości leża, tj. od szczytu do szczytu, bez konieczności stosowania trzeciej pary tworzywowych poręczy bocznych w części podudziowej leża?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poziomice umiejscowione na barierkach bocznych, po 2 sztuki na obu bokach łóżka?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami uruchamiającymi centralną blokadę kół umieszczonymi w dwóch narożach ramy podwozia łóżka, od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z obsługą systemu ważącego oraz odczytywania wskazań z panelu centralnego z wyświetlaczem LCD, zawieszanym na szczycie od strony nóg pacjenta oraz z możliwością chowania go pod leżem na półce na pościel?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją systemu ważącego, który w wyniku przeciążenia łóżka wstrzyma możliwość sterowania łóżkiem?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze odżądanego.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

## Pytania do umowy:

### §4 ust. c; pkt. a:

1. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłuży maksymalny czas w okresie gwarancji na usunięcie awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem wskazane w §4 ust. c pkt. a, z 3 dni na 5 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w w/w punkcie, że jeżeli termin naprawy przekracza 3 dni robocze liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach?

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 5 dni roboczych, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

### §5 ust. 2; pkt. a:

3. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zrezygnuje z zapisu w §5 ust. 2, pkt. a, że jeżeli termin naprawy w okresie pogwarancyjnym przekracza 7 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy o zbliżonych parametrach? Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, iż konieczność zapewnienia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego w okresie pogwarancyjnym znacząco wpłynie na zwiększenie wartości ofert złożonych w postępowaniu.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### §8 pkt. c:

4. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §8 pkt. c, z 1% na 0,2% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### §8 pkt. d:

1. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §8 pkt. d, z 1% na 0,2% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad i awarii za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

## Pytania do SIWZ:

1. Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale V, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści *Załącznika nr 3 do SIWZ* na następującą:

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt.13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:*

.....?

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

### **Zadanie nr 1**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wersji oprogramowania znajdującego się w aparacie USG Envisor, który ma być doposażony w głowicę convexową. Do aparatów poniżej i powyżej wersji SW B.0 właściwe będą głowice o innych numerach części.

Odpowiedź. Wersja oprogramowania C.0. Aparat posiada oprogramowanie do badań jamy brzusznej, badań położniczych, ginekologicznych, naczyń brzusznych, do małych narządów, do badań kardiologicznych.

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego głowicy? Z uwagi na to, że producent nie przewiduje wykonania przeglądu samej głowicy, zaleca się wykonanie jej przeglądu przy przeglądzie aparatu USG, z którym głowica współpracuje.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej o której mowa w paragrafie 4 ustęp c) punkt a oraz paragraf 5 ustęp 2 punkt a) załącznika nr 2 do SIWZ do poziomu 1 % wartości przedmiotu zamówieni za każdy dzień zwłoki. Przewidywana obecnie przez Zamawiającego kara umowna jest nieadekwatna do poniesionych przez niego ewentualnych strat.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Zadanie nr 2. Aparat do kriochirurgii**

Czy Zamawiający oczekuje dostawy aparatu do kriochirurgii ze ssakiem?

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje dostawy aparatu do kriochirurgii ze ssakiem.

### **Dotyczy Zał. 2 projekt umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Dotyczy Zał. 2 projekt umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Dotyczy Zał. 2 projekt umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz € przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; € niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Dotyczy Zał. 2 projekt umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Dotyczy Zał. 2 projekt umowy – zadanie nr 1**

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o dopuszczenie możliwości zwrotu wymienionej przez Wykonawcę głowicy USG i dodanie stosowanego punktu do umowy. Zwrot wymienianych elementów pozwala na zaoferowanie oferty korzystniejszej cenowo.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

### **Dotyczy pkt. VII SIWZ ppkt. 7.2 – zadanie nr 1**

Z uwagi na fakt, że głowica stanowiąca przedmiot postępowania, samodzielnie, nie jest wyrobem medycznym prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu zapisu pkt. VII SIWZ ppkt. 7.2

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

### **Zadanie nr 3**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1045mm z podniesionymi barierkami oraz 1025 mm z opuszczonymi barierkami?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające opisane w pkt 4 funkcje realizowane za pomocą obustronnie wbudowanych w barierki boczne sterowników? Rozwiązanie wyklucza ryzyko uszkodzenia pilota ręcznego, przewodowego.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez świetlnego wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej funkcji?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana jest w bezpieczniejszy niż opisany sposób, tj. jedynie za pomocą panelu sterowania w zakresie 130 w obydwu kierunkach?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 -30o również w funkcji autokontur?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem autoregresji 160mm?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera za pomocą dwóch przycisków?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa nie posiadają możliwości regulacji przechyłów wzdłużnych? Istnieje ryzyko nieświadomego użycia panelu będącego w zasięgu ręki pacjenta.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające panele sterujące nie posiadające przycisków podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego od strony pacjenta?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą uruchamianą za pomocą jednej z dwóch dźwigni z dostępem z obu stron łóżka?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające od strony głowy tzn stały szczyt, nie poruszający się wraz z ramą leża?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą leża wyposażoną w:

- krążki odbojowe w narożach leża,
- sworzeń wyrównania potencjału,
- dwie listwy ze stali metalowej, lakierowanej proszkowo do mocowania wyposażenia po bokach leża)
- poziomnice, w okolicy szczytu nóg
- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia nie posiadającym wskaźnika stabilności pomiaru masy, gdyż nie ma znaczenia w jakiej pozycji znajduje się łóżko oraz pacjent, zatem nie ma potrzeby wyposażenia łóżka w/w wskaźnik?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem wagi wbudowanym trwale w ramę łóżka, od strony szczytu nóg? Rozwiązanie zabezpiecza przed uszkodzeniem panelu poprzez uderzenie np. o ścianę czy futrynę. W przypadku wysuwanego panelu istnieje ryzyko pozostawienia panelu w pozycji wysuniętej, co grozi jego uszkodzeniem.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia nie posiadającym wskaźnika przeciążenia wagi, gdyż w taki system wyposażone jest łóżko? Po przekroczeniu maksymalnego obciążenia roboczego łóżko emituje alarm dźwiękowy.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający opisując łóżko z systemem ważenia posiadające funkcję wyświetlania wagi rzeczywistej oraz zmian wagi w czasie będzie wymagał, aby panel systemu ważenia posiadał dwa, osobne wyświetlacze umieszczone pod szczytem od strony nóg wskazujące: 1szy wagę rzeczywistą oraz 2gi zmiany wagi w czasie?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 140mm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz bariery wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w

skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych przez autoryzowanego dystrybutora w języku polskim? Każdy producent sprzętu medycznego tworzy jedynie materiały marketingowe, reklamowe. Nie ma możliwości, aby zawierały wszystkie informacje umieszczone w SIWZ. Wymóg taki jest nieuzasadniony.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

### **Dotyczy zał. nr 5 – zadanie 1**

Z uwagi na fakt, że głowica stanowiąca przedmiot postępowania, samodzielnie, nie jest wyrobem medycznym prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu zapisu: Certyfikat CE, deklaracja zgodności.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie w sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych. W takim wypadku należy wpisać w ofercie: „nie dotyczy”.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach