



Sejny, dnia 08.08.2017 r.

Znak sprawy: 10/ZP/2017

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań

## WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

### Wzór umowy – Załącznik 2

1. **par. 4 ust. c** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź.** Zamawiający wyraża zgodę.

2. **par. 5 ust. 2b** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par. 5 ust. 2b tak, aby okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 3 miesiące?

**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3. **par. 8** - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

### Zadanie 3 – Respirator – 2 sztuki

4. **Do punktu 6:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator umożliwiający awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego przez okres 85 minut? Jest to czas nieznacznie różniący się od wymaganego.

**Odpowiedź.** Zamawiający wyraża zgodę.

5. **Do punktu 15:** Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator nie posiadający funkcji automatycznych westchnień? Pragniemy nadmienić, iż w nowoczesnej terapii oddechowej brak jest wskazań do stosowania wentylacji z westchnieniami, jako że istnieją inne metody wentylacji takie jak np. PEEP/CPAP, BILEVEL, APRV korzystniejsze z punktu widzenia patofizjologii schorzeń płuc.

**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

6. **Do punktu 17:** Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na możliwości prowadzenia wentylacji poprzez maskę w trybach CPAP, CPAP/PS oraz pozostałych trybach wentylacyjnych (VCV, PCV itd) z określeniem procentu tolerowanego przecieku od 10 do 90% i aktywacją alarmów. Ponadto respirator jest wyposażony w dedykowany tryb wentylacji NIV posiadający możliwość wsparcia ciśnieniem oraz utrzymuje określone ciśnienie PEEP?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
7. **Do punktu 24, 26:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację częstości oddechów w zakresie 3-120 rpm oraz z regulacją czasu wdechu od 0,25 do 15 sekund?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
8. **Do punktu 27:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację I:E w zakresie 4:1 do 1:9?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
9. **Do punktu 31:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia wspomaganego w zakresie 0-60 cmH<sub>2</sub>O?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
10. **Do punktu 33:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 1-98 cmH<sub>2</sub>O?  
**Odpowiedź.** Zamawiający wyraża zgodę.
11. **Do punktu 35,36:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,25 do 15 sekund oraz z regulacją czasu niskiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,25 do 18 sekund?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
12. **Do punktu 37:** Czy Zamawiający dopuści respirator z przepływowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 1-9 l/min?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
13. **Do punktu 54:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar oporności płuc bazujący na średnim pomiarze oporów wdechowych i wydechowych w drogach oddechowych pacjenta mierzony podczas cyklu oddechowego?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
14. **Do punktu 62:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający rozbudowę o Pomiar krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzyków za pomocą cewnika umieszczonego w tchawicy?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
15. **Do punktu 73:** Czy Zamawiający dopuści respirator z pamięcią alarmów umożliwiającą zapisanie 200 zdarzeń alarmowych?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
16. **Do punktu 80:** Czy Zamawiający dopuści nebulizator z regulacją czasu nebulizacji w zakresie 7-32 minut?  
**Odpowiedź.** Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
17. **Do punktu 93:** Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagane szkolenie personelu, wymienione w punkcie 93, powinno obejmować swoim zakresem obsługę oferowanego urządzenia?  
**Odpowiedź.** Zamawiający wyraża zgodę.

18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respiratory bez podstawy jezdnej? Respiratory będą zainstalowane na półce kolumn anestezyjologicznych zgodnie z punktem 84. W przypadku posiadania przez oddział kolumn podstawa na kółkach zajmuje dodatkowe miejsce ograniczając przestrzeń wokół pacjenta. Respirator na podstawie ma sens, jeżeli na oddziale nie byłoby kolumn.

**Odpowiedź.** Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach