

Odnosnie załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Formularz ofertowo-cenowy, dokonano zmian.

Poniżej, Zamawiający przedstawia zmienioną tabelę odnośnie zadania nr 2.

Zadanie nr 2. Aparat do kriochirurgii.

l.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać/
1	Oferent / Producent	
2	Nazwa i typ	
3	Kraj pochodzenia	
1.	Zasilanie - Aparat nieelektryczny	
2.	Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N ₂ O), lub dwutlenek węgla (CO ₂) w stalowych butlach ciśnieniowych	
3.	Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 ÷ 5 MPa	
4.	Ciśnienie maksymalne – 5,5 MPa	
5.	Ciężar aparatu ok. 5 kg (bez obudowy butli)	
6	Aparat bez ssaka	
7.	Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli, przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów, z możliwością stabilnego zainstalowania aparatu na obudowie	
8.	Przepływomierz (wskaźnik przepływu gazu przez sondę)	
9.	Manometr (wskaźnik ciśnienia pracy)	
10.	Pokrętło regulacji ciśnienia	
11.	Pedał sterujący	
12.	Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych dla różnych specjalności medycznych (np. ginekologia, dermatologia, flebologia, proktologia)	

13.	Przeglądy: pierwszy po trzech latach od zakupu urządzenia, kolejne co roku. Przeglądy sondy natryskowej co roku.	
14.	Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Wykonawcę	
15.	Certyfikat CE, deklaracja zgodności	
16.	Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat	
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
18.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	
	Okres pełnej gwarancji na oferowane urządzenie min. 24 m-ce. Podać długość gwarancji.	
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać dane kontaktowe.	
	Wymagany termin dostawy w ciągu 30 dni.	
19.	Wyposażenie: - sonda wymiary: 2,5 mm. średnicy i 170 mm długości, - sonda wymiary: 2,5 mm. średnicy i 220 mm długości, - sonda wymiary: 3,0 mm. średnicy i 250 mm długości, - sonda wymiary: 3,0 mm. średnicy i 300 mm długości, - sonda wymiary: 1,6 mm. średnicy i 80 mm długości, - sonda natryskowa - 1 szt. uniwersalna sonda natryskowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.	

Wartość oferty netto zł, słownie:

Podatek VAT zł, słownie:

Wartość oferty brutto zł, słownie: