



Sejny, dnia 14 października 2015 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń Zamawiającego**

znak sprawy: 10/ZP/2015

dotyczy: postępowania na dostawy wyrobów medycznych

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy pakietu nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości 230 cm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości 270 cm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3. Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4. Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego (miękkiego), wykonanego z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 4. 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4.1 z pakietu 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne bez kabla jednorazowego użytku, dla dzieci i dorosłych, długość 122, szerokość 176 mm, podłoże z

pianki polietylenowej, dwudzielne, hydrożelowe, z okalającym każdą z dwóch części pierścieniem bezpieczeństwa rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, powierzchnia przewodzenia 110cm², z etykietami do wklejenia w protokół operacyjny pacjenta, pakowane po 50szt. w opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do elektrod neutralnych dł. 5m, wtyczka od strony generatora średnica 6,3mm, wtyczka od strony instrumentu 25mm, kabel bez kolorowego znacznika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pakiet nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny pokrowiec o następującym składzie i właściwościach:

- foliowy
- przezroczysty
- trzy częściowy:
 - część górna i dolna (ściągana gumką)
 - 2 taśmy przylepne
- produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci 2-4 naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta
- wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-foolia

ROZMIARY:

100cm x 160cm


(część górna)

80cm x 150cm

(część dolna)

3cm x 100cm

(taśma przylepna)




Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy pakiet nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny pokrowiec o rozmiarze 80cm x 150cm i właściwościach:

- foliowa
- przezroczysta
- ściągana gumką
- typu worek

- w kształcie walca



Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz 1 z pakietu nr 5?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 3 igłę okrągłą 26mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5 poz. 4 igłę okrągłą 30mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 6 z pakietu nr 5?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 7 igłę okrągłą 30mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 8 igłę okrągłą 48mm?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5 poz. 9 szew bez powlekania antybakteryjnego?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

18. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 10 z pakietu 5?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
19. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5, poz. 11 igłę okrągłą wzmocnioną długości 76mm. bez powlekania antybakteryjnego?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
20. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 5 poz. 12 igłę okrągłą długości 30mm bez powlekania antybakteryjnego?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
21. Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownicę jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z funkcją rotacji, z możliwością zamknięcia jeden raz klipsa, o długości narzędzia 230 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8 mm?
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.
22. Dotyczy projektu umowy §6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
23. Dotyczy projektu umowy §6 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w §4 ust. Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
24. Dotyczy projektu umowy §6 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego Wykonawcy w ilości i asortymencie odpowiadających niezrealizowanej dostawie (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”.
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
25. Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy ustępu o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?
Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
26. Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy ustępu o poniższej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku,

Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy ustępu o poniższej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie została wszczęta wobec niego likwidacja ani nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

28. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-4:

Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości:

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości dostawy, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

29. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Zmianę brzmienia § 6 ust. 4 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

30. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści jednorazową końcówkę do noża harmonicznego dł. roboczej 17 cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

31. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający zwolni firmę Johnson & Johnson z konieczności dostarczenia próbek dla pozycji 3 i 6, mając na uwadze, iż produkty te były dostarczane przez naszą firmę do Zamawiającego na podstawie umowy z poprzedniego postępowania przetargowego (znak postępowania 08/ZP/2014 - spełniony wymóg dostarczenia próbek przez oferenta)?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

32. Dotyczy pakietu nr 2. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 Kontrast, w poz. 1 może określić dawkę Imeronu 50 ml?.

Odpowiedź. Imeron 50 ml 300 mg jodu/ml.

33. Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1. Zamawiający informuje, że pakiecie nr 7, poz. 1 Zamawiający wymaga 100 opakowań elektrod po 5 szt. w każdym opakowaniu.

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach