



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35
www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, 24.05.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

znak postępowania: 05/ZP/2024

dotyczy: Zakup sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu pn.: **Zakup sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania** w zakresie zadania nr 2 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedz: Dopuszcza nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy. Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Umowy: Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy

3. §1 Prosimy o doprecyzowanie, czy w wykropkowanej przestrzeni „tj.” Zamawiający życzy sobie podanie roku produkcji słownie.

Odpowiedź. Proszę podać nazwę i model oferowanego urządzenia.

4. §1 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiającym ma na myśli przez „wykonanie (...) prac niezbędnych do montażu”. Wskazany zakres jest zbyt szeroki, aby możliwa była adekwatna wycena. Miejsce instalacji powinno zostać przygotowane tak aby montaż we wskazanym pomieszczeniu był możliwy m.in. przez doprowadzenie odpowiedniego zasilania, sprężonego powietrza, itd. zgodnie z DTR urządzenia.

Odpowiedz: Przygotowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta

5. §2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

Odpowiedz: Tak

6. §2 Prosimy o wskazanie konkretnego miejsca instalacji urządzenia: adres, budynek, piętro, oddział oraz wskazanie osoby kontaktowej w miejscu instalacji.

Odpowiedź. Gabinet Endoskopii, Sejny, ul. dr Edwarda Rittlera 1, I piętro.

7. §5 Prosimy o wskazanie adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź. Tel. 501 403 346, e-mail: p.buczynski@szpital.sejny.pl

8. §6 Zwracamy uwagę na omyłki pisarskie we wskazanym paragrafie. Ustępy zaczynają się od ust.4, punkty na początku paragrafu odnoszą się do ustępu bez numeru, kara za dzień opóźnienia w naprawie jest równa 25% i odnosi się do „wartości urządzenia minimalnego wynagrodzenia w danym roku”.

Odpowiedź. Zamawiający poprawił omyłki pisarskie:

„§ 6

1. *Wykonawca udzielamiesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy.*

Szczegółowe warunki gwarancji:

- a) *maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku,*
 - b) *Wykonawca w okresie gwarancyjnym wykona bezpłatnie (na swój koszt) niezbędne przeglądy i serwis sprzętów określonych w § 1 wraz z wymianą niezbędnych elementów.*
 - c) *w koszt serwisowania wlicza się niezbędne podzespoły, które podlegają wymianie w okresie obowiązywania gwarancji.*
2. *Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.*
3. *W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.*
4. *Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez okres 10 lat po upływie terminu gwarancji. ”*

9. §6 pkt. a) Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez „wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku”.

Odpowiedź. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w danym roku.

10. §6 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opcji zgłoszeń faksem na zgłoszenia na konkretnie wskazany adres e-mail serwisu Wykonawcy dla usprawnienia procesu realizacji zgłoszeń oraz ze względu na łatwy do zweryfikowania ślad w historii korespondencji.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie: faksem, e-mail, telefoniczne.

11. §6 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź. Zamawiający wydłuża termin naprawy do 10 dni.

12. §6 pkt. a) Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast „25% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku”, na 0,02% wartości netto urządzenia. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ.

13. §6 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie części zapisu tego paragrafu dotyczący dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ.

14. §6 pkt. b) i c) Prosimy o doprecyzowanie zapisu przez dopisanie „zgodnie z zaleceniami producenta”.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

15. §6 ust. 5 Wykonawca wnosi o usunięcie z zapisu lub zmianę zapisu tak aby dotyczył wyłącznie dostarczanego urządzenia w ramach umowy użytkowanego zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja i rękojmia dotoczonego urządzenia, a nie instalacji, które posiada Zamawiający oraz urządzeń, które mają wpływ na instalacje i urządzenie dostarczane w ramach umowy. To po stronie Zamawiającego jest obowiązek zapewnienia właściwego środowiska pracy w miejscu instalacji szafy do suszenia i przechowywania endoskopów i użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ.

16. §7 ust. 3 i ust. 4 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,02%. Obecne kary umowne są niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ.

17. §7 ust. 4 Wykonawca zwraca uwagę, że brak jest wskazanego §6ust. 2 pkt. lit a) w załączonym projekcie umowy.

Odpowiedź. Zgodnie z odpowiedzią.

18. §7 ust. 9 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne zadanie nr 2 (SZAFĄ DO SUSZENIA I PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW):

19. Prosimy o udostępnienie listy wraz z modelami endoskopów posiadanych przez pracownie.

Odpowiedź. Posiadamy następujące endoskopy:

- 1) FujiFilm, gastroskop EG 760R
- 2) FujiFilm, gastroskop EG 530 CT

- 3) FujiFilm, gastroskop EG 530 FP
- 4) FujiFilm, kolonoskop EC 720 R/I
- 5) FujiFilm, kolonoskop EC 760 RV/I
- 6) FujiFilm, kolonoskop EC 530 FI
- 7) Pentax kolonoskop FC 38FW2

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnej głębokości urządzenia 60 cm przy zachowaniu pozostałych wymiarów?

Odpowiedz: Zgodnie ze SWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski