



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Sejny, 27.05.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

znak postępowania: 04/ZP/2024

dotyczy: Zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy z podziałem na 15 zadań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu pn.: Zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy z podziałem na 15 zadań wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 27.05.24 r. Zamawiający przez pomyłkę nie zamieścił odpowiedzi do dwóch pytań ze str. 18. Poniżej pytania wraz z odpowiedziami:

Poz. 7. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, AQL = 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 65ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu $0,11 \pm 0,01$ mm, grubość na dłoni $0,09 \pm 0,01$ mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III Typ C, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. **Wyniki badań na przenikalność min. 20 substancji chemicznych, w tym co najmniej 7 substancji na min. 1 poziomie zgodnie z EN 16523-1**, potwierdzone raportem z badań, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru. **Otwór podawczy zabezpieczony folią** pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych długich o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. **Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1.0**, kolor niebieski, średnia grubość na palcu $0,15 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,08 \pm 0,01$ mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, **Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium)**. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. **Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej**. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.