



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 28.08.2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak postępowania: 09/ZP/2024

Dotyczy: Zakup i dostawa z podziałem na 2 zadania.

Zadanie nr 1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Zadanie nr 2. Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Odpowiedzi na zapytania

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art.284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2023 r. Dz.U. poz. 1605 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zapytań zgłoszonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ; porowatość max.: 2314 μm ; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, bez elementu do pozycjonowania w środkowej części taśmy?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

2. Dotyczy Zadania nr 2. Czy Zamawiający wymaga, aby: brzegi taśmy były gładkie (laserowo zgrzewane) bez palczastych wypustek, co znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań, takich jak erozje i wpływa na bezpieczeństwo zabiegu, aby taśma posiadała plastikową osłonkę co zapewnia sterylność, zapobiega zakażeniom, a także zmniejsza urazowość tkanek podczas implantacji; aby była wykonana w technologii quadriaxial, która charakteryzuje się: geometrią romboidalną, włóknami skośnymi, podwójną nicią wzmacniającą, co zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach oraz zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

3. Zadanie nr 1. Sprzęt rehabilitacyjny

Pozycja 2 Lampa Kwarcowa / lampa do naświetleń światłem ultrafioletowym. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności lampę do naświetleń światłem ultrafioletowym o podanych parametrach:

- ✓ Lampa do naświetleń światłem ultrafioletowym UVA oraz UVB 311nm
- ✓ Lampa wykorzystująca fale UV o wysokiej częstotliwości
- ✓ Certyfikowany wyrób medyczny
- ✓ Konstrukcja lampy pozwala na wykonanie terapii w dowolnej pozycji : stojącej, leżącej , siedzącej
- ✓ Możliwość wykorzystania do naświetlania punktowego.
- ✓ Ilość promienników: 12 x 100 W (6 UVA i 6 UVB 311nm)
- ✓ Pobór mocy: max. 1300 W
- ✓ Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
- ✓ Waga: 45 kg
- ✓ Konstrukcja lampy pozwala na jej obrót o 180°
- ✓ Regulacja wysokości lampy
- ✓ Statyw U, z podstawą jezdnią
- ✓ Sterownik z możliwością ustawienia czasu naświetlania
- ✓ Automatyczny wyłącznik
- ✓ W zestawie okulary ochronne

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 6. Zrobotyzowany system skanujący. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Laser wysokoenergetyczny o moc maksymalna min. 20 W ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie nr 1 do pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej dwu-częściowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.